SYMBOLS DESCRIPTION

Full explanation of symbols used on Kerr packaging located at:
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

REF	Catalogue number
	Manufacturer
LOT	Batch Code
CE 2797	European conformity
	Consult instructions for use
	Caution
EC REP	Authorised representative in the European Community
	Use-by date
	Do not re-use
	Keep away from sunlight
MD	**1.** Medical Device
25°C (77°F) 3°C (37°F)	**2.** Temperature Storage Limitations: Low 2°C/36°F and High 28°C/82°F

CONTENTS

en - ENGLISH

OptiShade™
Nanohybrid Universal Restorative Composite
ISO 4049: Polymer-Based Restorative Material, Class 2/Group 1

GENERAL INFORMATION

OptiShade is a light-cured, esthetic, resin-based nanohybrid dental restorative designed for the placement of direct restorations. OptiShade is designed to be used after placement of a dental adhesive, such as a product from the Kalo Kerr OptiBond™ family. OptiShade is available in Unidose composite compules and syringe delivery systems.

This product is intended to be used by qualified dental professionals on a general patient population.

PRODUCT COMPOSITION

100% Aluminum has a radio-opacity equivalent to that of dentin and 200% Aluminum is equivalent to enamel.

The restorative is available in three composite shades (Light, Medium, Dark) and two special shades (Bleach White and Universal Opaque). All shades are radiopaque with about 250% Aluminum.

The fillers comprise selection of chemically infused mixed oxides, pre-polymerized filler, barium glass filler, silica, and ytterbium trifluoride (about 8.5% by weight or 65% by volume for the Light, Medium, Dark, and Universal Opaque shades, about 78.5% by weight or 60% by volume for the Bleach White shade). The inorganic fillers is up to 75% by weight or 55% by volume. The Light, Medium, Dark, and Universal Opaque shades have a range particle size of 40 nm to 6 microns. The Bleach White shade has a range particle size of 40 nm to 30 microns. OptiShade contains Bis-EMA, Bis-GMA, and TEGDMA resins.
None of the ingredients in the product contain pharmacologically active components.

INDICATIONS FOR USE

OptiShade, a nanohybrid dental restorative, is indicated for direct placement in all cavity classes in anterior and posterior teeth. Additional indications include: repair of porcelain/composite restorations, and core build-ups.

CONTRAINDICATIONS

None known.

WARNINGS

1. Do not use this product on patients with known methacrylate allergies. Uncured methacrylate resin may cause contact dermatitis and damage to the pulp.
2. Avoid contact with skin, eyes, and soft tissue. Wash thoroughly with water after contact.
3. Get medical attention for eyes.
4. Do not take internally.

PRECAUTIONS

Kerr recommends the following precautions when using OptiShade or any other composite restorative:

- Provide the patient with protective eyewear.
- Use a rubber dam to isolate the oral cavity.
- Avoid fluid contamination during placement.
- Use of protective gloves and a no-touch clinical technique is strongly recommended. If the composite is touched with commonly used gloves, acrylate may penetrate the glove. Dispose of glove immediately and wash hands.
- Protect the material from ambient light that may initiate polymerization.
- The Unidose tips are designed for SINGLE PATIENT USE ONLY to prevent cross-contamination between patients.

Kerr, OptiShade, and Unidose are trademarks owned by Kerr Corporation.

ADVERSE EVENTS

If a serious incident occurs with this medical device, report it to the manufacturer and to the competent authority for that country in which the user and/or patient is established.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

1. Wear personal protective equipment when using and handling this product.
2. Do not use this product near eugenol-containing products.
3. Clean the tooth with non-fluoridated pumice and water to remove any debris or stain that may interfere with the shade selection process.
   Select the desired shade based on the chart listed below. A composite mock-up or VITA®-matched shade guide may be used to check the color of the tooth to be restored and any adjacent teeth. In many cases, a single shade of OptiShade will be sufficient to restore the tooth. The shade of the restorative material is affected by the thickness of the composite. Shade selection and mock-ups should match the thickness of the tooth to be restored:

Composite Shades	VITA Shade Guide Equivalent
Light - LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium - MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark - DK	A3.5, A4, B3, B4, C3, C4
Accessory Shades	
Bleach White - BW	Bleach white
Universal Opaque - UO	Blocking discoloration

4. After shade selection, isolate the tooth with your preferred isolation method.
5. Prepare the tooth using your preferred rotary instruments and using contemporary preparation designs. OptiShade offers excellent blending (chameleon effect) which may be further enhanced by the use of small bevels on preparation margins. If replacing a restoration, be sure to remove all existing restorative material from the operative site.
6. If a pulp exposure has occurred, place a small amount of calcium hydroxide followed by the placement of a conventional glass ionomer base.
7. OptiShade is compatible with all methacrylate dental adhesive systems, such as a product from the KaVo Kerr OptiBond family. Complete the bonding procedure per manufacturer's instructions.
8. In situations of discoloration of the tooth structure or repair of porcelain/composite, the Universal Opaque shade can be used to block out the discoloration or hide a metal portion if it exists.
9. Use OptiShade Unidose for optimal, non-sticky handling. It permits the use of hand instruments to define most of the restoration anatomy, which will help minimize the time and effort associated with rotary instrumentation.
   For Unidose delivery: Inject composite material from the Unidose tip directly into the cavity, starting with the deepest portion.
   For Syringe delivery: After extruding material onto a pad, back off syringe at least two full turns to relieve pressure on the material
11. Apply composite layers up to 2 mm in thickness each layer for all shades except for Universal Opaque and up to 1.5 mm in thickness each layer for Universal Opaque, taking care to properly adapt the material to the cavity surface.
12. Cure each layer*. Refer to the table at the end of these instructions for recommended curing times of the various shades at various light intensities.
13. Adjust occlusion as needed. Complete the finishing and polishing using preferred polishing system.

*RECOMMENDED CURING TIMES

Adequate curing is essential for restorative function. Uncured or undercured composite material is far more likely to experience some form of clinical failure. Kerr recommends regular inspections of your curing lights to ensure they are functioning and providing the expected irradiance.
OptiShade is intended to be cured by a halogen or LED light with a minimum light intensity of 650 mW/cm² and a light wavelength output within the 400-520 nm range. Please refer to the table below for curing recommendations. All times refer to a single occlusal surface cure. In any posterior restoration, Kerr recommends additional 10 second cures on both the buccal and lingual surfaces of the tooth.

	Universal Opaque	Dark Shade	Light, Medium, and Bleach White Shades
Incremental Depth	1.5 mm	2.0 mm	2.0 mm
Optilux™ (or light with output 650 – 1000 mW/cm²)	40 Seconds	40 Seconds	20 Seconds
Demi™ Ultra / Demi™ Plus (or light with output >1000 mW/cm²)	20 Seconds	20 Seconds	10 Seconds

For all other lights, see manufacturer's recommendation.

CLEANING AND DISINFECTION

Unidose Tips: Do not re-use Unidose tips.
Unidose tip guns: Refer to the reprocessing instructions for the manufacturer of the tip gun you are using.
Composite syringes: To prevent syringes from getting contaminated with saliva or other body fluids, use protective barriers. Always handle the syringe with clean/disinfected gloves. Do not reuse if it becomes contaminated.
Replace the syringe cap after each use to prevent the resin from hardening in the syringe.

STORAGE AND DISPOSAL

Product should be stored at temperature between 2°C to 28°C (36°F to 82°F). If product is stored in a refrigerator allow the product to reach room temperature prior to use. Every effort should be made to protect the composite from visible light prior to use.

The expiration date is marked on packaging. Do not use restorative after expiration date.

For proper disposal always follow Federal or State laws applicable to that country.

The SDS for this product is available at: www.kerrdental.com. It can also be obtained from your usual supplier.

LIMITED WARRANTY - LIMITATION OF KERR'S LIABILITY

Kerr's technical advice, whether verbal or in writing, is designed to assist dentists in using Kerr's product. The dentist assumes all risk and liability for damages arising out of the improper use of Kerr's product. In the event of a defect in material or workmanship, Kerr's liability is limited, at Kerr's option, to replacement of the defective product or part thereof, or reimbursement of the actual cost of the defective product. In order to take advantage of this limited warranty, the defective product must be returned to Kerr. In no event shall Kerr be liable for any indirect, incidental, or consequential damages. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, THERE ARE NO WARRANTIES, BY KERR, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES WITH RESPECT TO DESCRIPTION, QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ar - العربية

OptiShade™
مركب حشو نانوي هجين عام
معيار ISO: 4049 مواد الحشو ذات الأساس البوليمري من الفئة 2/مجموعة 1

معلومات عامة

OptiShade هو عبارة عن حشوة سنية تجميلية من مركبات نانو هجين للتصلب بالضوء وذات رائحة وتستخدم للوضع المباشر للحشوات. تم تصميم OptiShade للاستخدام بعد وضع لاصق سني، مثل أحد منتجات مجموعة KaVo Kerr OptiBond™. يتوفر OptiShade في أجهزة وضع مركبات Unidose ونظم الأسطمان بالسرنجة.

تم تصميم هذا المنتج ليستخدمه أخصائيو الأسنان الموهلون مع عامة المرضى.

تركيب المنتج

يحتوي الألومنيوم 100% على عتامة إشعاعية تعادل عتامة عاج السن، في حين يحتوي الألومنيوم 200% على عتامة تعادل عتامة مينا الأسنان.

تتوفر حشوة OptiShade في ثلاث درجات ألوان مركبة (Light، وMedium، وDark) ولونين خاصين (Bleach White وUniversal Opaque). جميع درجات الألوان معتمة إشعاعيًا، بمحتوى ألومنيوم 250%.

تشمل الحشوات على مجموعة مختارة من أكاسيد مختلطة مخفونة كيميائيًا، وحشو مسبق البلمرة، وحشو زجاج الباريوم، والسيليكا، وثلاثي فلوريد الإيتربيوم (حوالي 8.5% من الوزن أو 65.1% من الحجم بالنسبة إلى درجات الألوان Light، وMedium، وDark، وUniversal Opaque، وحوالي 78.5% من الوزن أو 60% من الحجم بالنسبة إلى درجة اللون Bleach White). تصل الحشوات غير العضوية إلى 75% من الوزن (55% من الحجم). ويتراوح حجم جسيمات درجات الألوان Light، وMedium، وDark، وUniversal Opaque بين 40 نانومترًا و6 ميكرونات. يتراوح حجم جسيمات درجة اللون Bleach White بين 40 نانومترًا و30 ميكرونًا. يحتوي OptiShade على راتنجات Bis-EMA، وBis-GMA، وTEGDMA.

لا تحتوي أي من مكونات المنتج على مكونات نشطة عقارياً.

دواعي الاستخدام

توصي باستعمال OptiShade، وهو عبارة عن حشوة سنية من مركبات نانو هجين، للوضع المباشر في كل أنواع التجاويف في الأسنان الأمامية والخلفية. تشمل دواعي الاستخدام أيضًا: إصلاح حشوات البورسلين/الحشوات المركبة، وعمليات بناء وتعزيز اللب.

موانع الاستعمال

لا توجد موانع معروفة.

التحذيرات

1. يُحظر استعمال هذا المنتج على المرضى الذين يعانون حالات موكدة من الحساسية من الميثاكريلات، قد يسبب راتنج الميثاكريلات غير المتصلب حدوث التهاب الجلد التماسي أو تلف اللب.
2. تجنب ملامسة الجلد والعينين والأنسجة الرخوة. اغسل تلك المناطق جيدًا بالماء إذا لامسها المنتج.
3. التماس عناية طبية للعينين.
4. للاستخدام الظاهري فقط.

الاحتياطات

توصي Kerr باتخاذ التدابير الاحترازية التالية عند استعمال OptiShade أو أي مادة مركبة أخرى:

- زوّد المريض بحجاز وقائي للعين.
- استعمل حاجزًا مطاطيًا لعزل التجويف الفموي.
- تجنب تلويث السائل أثناء الوضع.
- يُوصى بشدة باستخدام قفازين واقيين وأسلوب سريري لا تلامسي. إذا حدث تلامس بين المركب والقفازات شائعة الاستخدام، فقد تخترق الأكريلات القفاز. تخلص من القفاز فورًا واغسل يديك.
- وفر الحماية للمادة ضد الضوء المحيط الذي قد يتسبب في حدوث البلمرة.
- نصائح Unidose مصممة للاستعمال مع مريض واحد فقط لتجنب انتقال الملوثات بين مريضين.

*أوقات التصلب الموصى بها

درجات الألوان Light، وMedium، وBleach، وBlock	Dark Shade	Universal Opaque	
2.0 ملم	2.0 ملم	1.5 ملم	**العمق التراكمي**
20 ثانية	40 ثانية	40 ثانية	Optilux™ (أو ضوء له خرج بتراوح بين 650 – 1000 ميجاوات/سم²)
10 ثوانٍ	20 ثانية	20 ثانية	Demi™ Plus / Demi™ Ultra (أو ضوء له خرج >1000 ميجاوات/سم²)

لجميع الأضواء الأخرى، راجع توصية الشركة المصنعة.

التنظيف والتطهير

أطراف Unidose: لا تُعد استخدام أطراف Unidose.
مسدسات أطراف Unidose: راجع إجراءات إعادة المعالجة الصادرة عن الجهة المصنعة لمسدس الطرف الذي تستخدمه.
سرنجات المركب: لحماية السرنجات من التلوث باللعاب أو غيره من سوائل الجسم، احرص على استخدام الحواجز الواقية. ارتدِ قفازات نظيفة/مطهّرة دومًا عند التعامل مع السرنجة. لا تستخدمها مرة أخرى إذا طالها التلوث.
أعد وضع غطاء السرنجة بعد كل استعمال لمنع تصلب الراتنج في السرنجة.

التخزين والتخلص

يجب حفظ المنتج في درجة حرارة بين درجتين إلى 28 درجة مئوية (36 إلى 82 درجة فهرنهايت). عند تخزين المنتج في ثلاجة، اتركه حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل استخدامه. وينبغي بذل كل جهد ممكن لحماية المركب من الضوء المرئي قبل الاستعمال.

تم وضع تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة. يُحظر استخدام الحشوة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

للتخلص من المنتج بطريقة سليمة، احرص دومًا على اتباع القوانين المعمول بها في بلدك.

تتوفر ورقة بيانات السلامة الخاصة بهذا المنتج على الموقع الإلكتروني: www.kerrdental.com. ويمكن الحصول عليها أيضًا من المورّد المعتاد لديك.

الضمان المحدود - تقييد مسؤولية KERR القانونية

تهدف التوجيهات الفنية لشركة Kerr، سواء شفوية أم مكتوبة، إلى مساعدة أطباء الأسنان في استعمال منتج الشركة. ويتحمل طبيب الأسنان جميع مخاطر ومسؤوليات حدوث أضرار بسبب الاستخدام غير المناسب لمنتج شركة Kerr. وفي حالة وجود عيب في المادة أو التصنيع، تقتصر مسؤولية Kerr، وفق اختيار Kerr، على استبدال المنتج المعيب أو الجزء منه أو تسديد التكلفة الفعلية للمنتج المعيب. ولاستفادة من هذا الضمان المحدود، يجب إعادة المنتج المعيب إلى شركة Kerr. ولا تكون شركة Kerr في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو لاحقة. وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة أعلاه، لا تقدم شركة KERR أي ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بالوصف، أو الجودة أو الملاءمة لغرض محدد.

بيان الرموز

1. جهاز طبي **2.** حدود درجة الحرارة عند التخزين: الصغرى درجتان مئويتان / 36 درجة فهرنهايت والعظمى 28 درجة مئوية / 82 درجة فهرنهايت

المحتويات

3. طرف **4** Unidose، السرنجة

يوجد شرح كامل لرموز المستخدمة على عبوة Kerr على
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

bg - БЪЛГАРСКИ

OptiShade™
Нанохибриден универсален възстановителен композитен материал
ISO 4049: Материали за възстановяване на полимерна основа, клас 2/група 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

OptiShade е фотополимеризиращ, естетичен, нанохибриден стоматологичен възстановителен материал на основата на смола, предназначен за поставяне на директни възстановявания. OptiShade е предназначен за приложение след поставяне на дентален адхезив, като например продукт от семейството OptiBond™ на KaVo Kerr. OptiShade се предлага в Unidose композитни компюли и системи за поставяне с шприци.

Този продукт е предназначен за използване от правоспособен стоматологичен специалист върху обща популация от пациенти.

СЪСТАВ НА ПРОДУКТА

Със 100% алуминий рентгеноконтрастността е равна на тази на дентина, а с 200% алуминий – на емайла.

Възстановителният материал е наличен в три цвята на композита (Light, Medium, Dark) и два специални цвята (Bleach White и Universal Opaque). Всички цветове са рентгеноконтрастни с около 250% алуминий.

Пълнителите представляват набор от химически вляти смесени оксиди, предварително полимеризиран пълнител, пълнител бариево стъкло, силициев диоксид и итербиев трифлуорид (около 81,5% тегловни или 65,1% обемни за цветове Light, Medium, Dark и Universal Opaque, около 78,5% тегловни или 60% обемни за цвят Bleach White). Съдържанието на неорганични пълнители е до 75% тегловни или 55% обемни. Цветовете Light, Medium, Dark и Universal Opaque са с размер на частиците в диапазона 40 nm до 6 микрона. Цветът Bleach White е с размер на частиците в диапазона 40 nm до 30 микрона. OptiShade съдържа бис-EMA, бис-GMA и TEGDMA смоли.
Никоя от съставките на продукта не съдържа фармакологично активни компоненти.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

OptiShade, нанохибриден дентален възстановителен материал, е предназначен за директно поставяне във всички класове кавитет при предни и задни зъби. Допълнителните показания включват: репаратури на порцеланови/композитни възстановявания, както и изграждане на пънчета.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма известни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не използвайте този продукт върху пациенти с известни алергични към метакрилати. Неполимеризираната метакрилатна смола може да причини контактен дерматит и увреждане на пулпата.
2. Избягвайте контакт с кожата, очите и меките тъкани. След контакт изплакнете обилно с вода.
3. При контакт с очите се консултирайте със специалист.
4. Само за външна употреба.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Kerr препоръчва следните предпазни мерки при приложение на OptiShade или на друг композитен материал:

- Осигурете на пациента предпазни очила.
- Използвайте кофердам за изолиране на устната кухина.
- Избягвайте замърсяване с течност при поставяне.
- Използването на предпазни ръкавици и на неконтактна клинична техника са силно препоръчителни. Ако композитът бъде докоснат с ръкавици за обща употреба, акрилатът може да проникне в ръкавицата. В такъв случай незабавно изхвърлете ръкавицата и измийте ръцете си.
- Защитете материала от светлина от околната среда, която би могла да провокира полимеризация.
- Канюлите Unidose са предназначени за УПОТРЕБА САМО ПРИ ЕДИН ПАЦИЕНТ, за да се предотврати кръстосано заразяване между пациентите.

Kerr, OptiShade и Unidose са търговски марки, собственост на Kerr Corporation.

НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИЯ

В случай на сериозен инцидент с медицинското изделие докладвайте на производителя и на компетентния орган за държавата, в която се намира потребителят и/или пациентът.

ИНСТРУКЦИИ СТЪПКА-ПО-СТЪПКА

1. Носете лични предпазни средства, когато използвате и боравите с този продукт.
2. Не използвайте този продукт близо до продукти, съдържащи евгенол.
3. Почистете зъба с пемза без съдържание на флуор и вода, за да отстраните евентуалните наличии остатъци или замърсявания, които биха могли да затруднят процеса на избор на цвят.
   Изберете желания цвят според таблицата по-долу. Може да се използва нарьчник за композитни макети или такъв, съответстващ на разцветките на VITA®, за проверка на цвета на зъба, който ще бъде възстановяван, и на всички прилежащи зъби. В много случаи единичен цвят на OptiShade е достатъчен за възстановяване на зъба. Нюансът на възстановителния материал зависи от плътността на композита. Подборът на цвета и на макетите трябва да съответства на плътността на възстановяваня зъб:

Цветове на композита	Еквивалент по разцветката на VITA
Light – LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium – MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark – DK	A3.5, A4, B3, B4, C3, C4
Допълнителни цветове	
Bleach White – BW	Избелване
Universal Opaque – UO	Блокиране на промяната на цвета

4. След избор на нюанса изолирайте зъба с предпочитания от Вас изолационен метод.
5. Подгответе зъба, като използвате предпочитаните от Вас ротационни инструменти и съвременни начини на оформяне на препарацията. OptiShade предлага отлично блендиране (хамелеонов ефект), което може да бъде допълнително подобрено с използване на малки скосявания при границите на препарацията. Ако извършвате подмяна на възстановяване, уверете се, че всички налични възстановителни материали са отстранени от оперативната зона.
6. При контакт на материала с пулпата поставете малко количество калциев хидроксид, след което поставете конвенционална глазйономерна основа.
7. OptiShade е съвместим с всички метакрилатни дентални адхезивни системи, като например продукт от семейството OptiBond на KaVo Kerr. Завършете нанасянето на бонд съгласно указанията на производителя.
8. Ако желаете, поставете подложка с течен композит с нисък вискозитет и фотополимеризирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
9. За случаи на промяна на цвета на зъбната структура или репаратура на порцелан/композит цветът Universal Opaque може да се използва за отблъскване на промяната на цвета или за скриване на част от метала, ако има такъв.
10. OptiShade осигурява оптимална работа без лепнене. Той позволява използването на ръчни инструменти за дефиниране на по-голямата част от възстановителната анатомия, което спомага за минимизиране на времето и усилията, свързани с въртящите се инструменти.
    За Unidose поставяне: Инжектирайте композитния материал от канюлата Unidose директно в кавитета, като започнете с най-дълбоко разположения слой.
    За поставяне с шприца: След екструдиране на материала върху блокче изчетете шприца поне два пълни оборота, за да освободите натиска върху материала.
11. Нанесете композитните слоеве с дебелина от максимум 2 mm на всеки слой за всички цветове, с изключение на Universal Opaque, и до 1,5 mm дебелина на всеки слой при Universal Opaque, като обърнете материала внимателно спрямо повърхността на кавитета.
12. Полимеризирайте всеки слой*. Разгледайте таблицата в края на тези инструкции за препоръчителното време за излагане за различните нюанси при различна интензивност на светлината.
13. Ажустирайте оклузията според необходимото. Завършете заглаждането и полирането, като използвате предпочитаната система за полиране.

*ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА ПОЛИМЕРИЗИРАНЕ

Правилната фотополимеризация е от основно значение за възстановяващата функция. Неизлечените или недоизлечен композитен материал е по-вероятно да понесе някаква форма на клинично увреждане. Kerr препоръчва редовни инспекции на лампата за фотополимеризиране за гарантиране на това, че те работи и че осигурява съответното излъчване.
OptiShade е предназначен за полимеризиране с халогенна или светодиодна лампа с минимална интензивност на светлината от 650 mW/cm² и дължина на светлинната вълна в диапазона 400 – 520 nm. Моля, разгледайте следващата таблица за препоръките за фотополимеризация. Всички посочени времена се отнасят до единично изпичане на оклузалната повърхност. За възстановяване на задни зъби Kerr препоръчва допълнителни полимеризирания от по 10 секунди за букалната и лингвалната повърхност на зъба.

	Universal Opaque	Dark Shade	Light, Medium и Bleach White
Нарастваща дълбочина	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (или лампа с мощност 650 – 1000 mW/cm²)	40 секунди	40 секунди	20 секунди
Demi™ Ultra/Demi™ Plus (или лампа с мощност > 1000 mW/cm²)	20 секунди	20 секунди	10 секунди

За всички други светлини вижте инструкциите на производителя.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Канюли Unidose: Не използвайте повторно канюли Unidose.
Пистолети за канюли Unidose: Направете справка с инструкциите за повторна обработка от производителя на използвания пистолет за канюли.
Шприци с композит: Използвайте защитни прегради, за да предотвратите замърсяването на шприците със слюнка или други телесни течности. Винаги използвайте чисти/дезинфекцирани ръкавици, когато боравите с шприца. Не използвайте повторно, ако се замърси.
След всяка употреба поставете обратно капачката на шприца, за да не се втвърди смолата вътре.

СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

Продуктът трябва да се съхранява при температура от 2°C до 28°C (36°F до 82°F). Ако продуктът се съхранява в хладилник, преди употреба го оставете да достигне стайна температура. Трябва да се приложат всички възможни мерки за предпазване на композита от видима светлина преди употреба.

Срокът на годност е посочен на опаковката. Не използвайте възстановяващата материал след срока на годност.

По отношение на изхвърлянето на продукта се придържайте към федералните или държавните закони на съответната държава.

Информационният лист за безопасност за този продукт е наличен на: www.kerrdental.com. Може да бъде получен и от обичайния Ви доставчик.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ – ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА KERR

Техническите съвети на Kerr, устни или писмени, имат за цел да подпомогнат стоматолозите при употребата на продуктите на Kerr. Стоматологът поема изцяло риска и отговорността за щети, възникнали вследствие на неправилна употреба на продуктите на Kerr. При дефект на материалите или изработката отговорността на Kerr е ограничена, като по преценка на Kerr дефектният продукт или негова част да бъдат подменени или да бъде възстановена реалната стойност на дефектния продукт. С оглед възползване от тази ограничена гаранция дефектният продукт трябва да бъде върнат на Kerr. Kerr в никакъв случай не носи отговорност за косвени, инцидентни или последващи увреждания. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО ПО-ГОРЕ, KERR НЕ ДАВА НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПИСАНИЕТО, КАЧЕСТВОТО ИЛИ ПРИГОДНОСТТА ЗА ДАДЕНА УПОТРЕБА.

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

1. Медицинско изделие **2.** Ограничения в температурата на съхранение: долна граница 2°C/36°F и горна граница 28°C/82°F

СЪДЪРЖАНИЕ

3. Канюла Unidose **4.** Шприца

Пълно обяснение на символите, използвани върху опаковките на Kerr, можете да намерите на
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

hr - HRVATSKI

OptiShade™
Nanohibridni univerzalni restaurацijski kompozitni materijal
ISO 4049: Restaurацijski materijal na bazi polimera, klasa 2 / skupina 1

OPĆE INFORMACIJE

OptiShade je svjetlom polimerizian, estetski, nanohibridni restaurацijski dentalni materijal na bazi smole osmišljen za postavljanje izravnih restauracija. OptiShade je osmišljen za upotrebu nakon stvarnjanja dentalnog adheziva, npr. nekog proizvoda iz linije proizvoda Kalo Kerr OptiBond™. OptiShade je dostupan u kompozitnim kompulama Unidose i sustavima za primjenu štrcaljkom.

Ovaj bi proizvod trebali upotrebljavati kvalificirani stomatolozi na općoj populaciji pacijenata.

SASTAV PROIZVODA

Proizvod od 100 % aluminija ima radionepromizost istovjetnu s radionepromizosti dentina, a od 200 % aluminija istovjetnu caklini.

Restaurацijski proizvod dostupan je u trima nijansama kompozita (Light, Medium, Dark) i dvjema posebnim nijansama (Bleach White i Universal Opaque). Sve su nijanse radionepromizne s oko 250 % aluminija.

Punila sadržavaju asortiman koji uključuje kemijski prožete mješane okside, predpolimeriziрano punilo, punilo od barijevog stakla, silicijev dioksid i iterbijev trifluorid (približno 8,5 % po težini ili 65,1 % po volumenu za nijanse Light, Medium, Dark i Universal Opaque, približno 78,5 % po težini ili 60 % po volumenu za nijansu Bleach White). Neorganska punila udjela su do 75 % po težini ili 55 % po volumenu. Nijanse Light, Medium, Dark i Universal Opaque imaju raspon veličina čestica od 40 nm do 6 mikrometara. Nijansa Bleach White ima raspon veličina čestica od 40 nm do 30 mikrometara. OptiShade sadržava smole Bis-EMA, Bis-GMA i TEGDMA.
Nijedan sastojak proizvoda ne sadržava farmakološki aktivne komponente.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Nanohibridni restaurацijski dentalni materijal OptiShade indiciran je za izravno postavljanje u sve klase šupljina u prednjim i stražnjim zubima. Dodatne indikacije uključuju: popravak porculanskih/kompozitnih restauracija i nadogradnji jezgre.

KONTRAINDIKACIJE

Nije poznato.

UPOZORENJA

1. Ovaj proizvod nemojte upotrebljavati na pacijentima u kojih su utvrđene alergije na metakrilate. Nepolimerizirana metakrilatna smola može izazvati kontaktni dermatitis i oštetiti pulpu.
2. Izbjegavajte dodir s kožom, očima i mekim tkivom. Nakon dodira temeljito isperite vodom.
3. Potražite liječničku pomoć u slučaju doticaja s očima.
4. Nije za internu uporabu.

MJERE OPREZA

Kerr preporučuje sljedeće mjere opreza koje valja poduzeti kada upotrebljavate OptiShade ili neki drugi kompozitni materijal:

- Pacijentu dajte zaštitne naočale.
- S pomoću gumene plahtice izolirajte usnu šupljinu.
- Pazite da tijekom postavljanja ne dođe do kontaminacije tekućinom.
- Preporučuje se da svakako upotrebljavate zaštitne rukavice te primjenjujete kliničku tehniku bez dodira. Ako se kompozit dodirne običnim rukavicama, akrilat može prodrijeti kroz rukavicu. Odmah bacite rukavicu i operite ruke.
- Zaštitite materijal od okolne svjetlosti, koja može pokrenuti polimerizaciju.
- Nastavci Unidose namijenjeni su za UPOTREBU SAMO NA JEDNOM PACIJENTU kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija između pacijenata.

Kerr, OptiShade i Unidose zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Kerr Corporation.

NUSPOJAVE

Sve ozbiljne incidente povezane s ovim medicinskim proizvodom prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu u državi u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

UPUTE PO KORACIMA

1. Nosite osobnu zaštitnu opremu kada se koristite i rukujete ovim proizvodom.
2. Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini proizvoda koji sadržavaju eugenol.
3. Očistite zub pločvočcem bez fluora i vodom kako biste uklonili sve ostatke ili mrlje koje bi mogle ometati postupak odabira nijanse.
   Odaberite željenu nijansu na temelju tablice navedene u nastavku. Kako biste provjerili boju zuba koji zahtijeva restauraciju ili susjednih zuba možete se poslužiti oglednim primjercima kompozita ili šablonom nijansi VITA®. U velikom broju slučajeva za restauraciju zuba dovoljna će biti jedna nijansa materijala OptiShade. Na nijansu restauracijskog materijala utječe debljina kompozita. Odabir nijanse i ogledni primjerak moraju biti u skladu s debljinom zuba koji se restaurira:

Nijanse kompozita	Nijanse usporedne s VITA nijansama
Light – LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium – MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark – DK	A3.5, A4, B3, B4, C3, C4
Dodatne nijanse	
Bleach White – BW	Izbjeljena bijela
Universal Opaque – UO	Blokiranje promjene boje

4. Nakon odabira nijanse izolirajte zub metodom koja vam najbolje odgovara.
5. Pripremite zub željenim rotacijskim instrumentima i primjenom suvremene izvedbe pripreme. OptiShade nudi izvrsno uklapanje (efekt kameleona) koje je moguće dodatno poboljšati upotrebom blagih kosina na marginama preparata. Ako mijenjate restauraciju, obavezno uklonite sav postojeći restaurацijski materijal s mjesta zahvata.
6. Ako dođe do otkapanja pulpe, stavite malu količinu kalcijeva hidroksida, a zatim konvencionalnu staklenoionomernu bazu.
7. OptiShade je kompatibilan sa svim metakrilatnim sustavima dentalnih adheziva, kao što su proizvodi iz linije proizvoda KaVo Kerr OptiBond. Završite postupak ljepljenja u skladu s uputama proizvođača.
8. Po potrebi stavite podlogu od tekućeg kompozita niske viskoznosti i polimerizirajte svjetlošću u skladu s uputama proizvođača.
9. U slučajevima promjene boje strukture zuba ili popravljanja porculana/kompozita, nijansa Universal Opaque može se upotrijebiti za blokiranje promjene boje ili saknivanje metalnog dijela ako postoji.
10. OptiShade omogućuje optimalno rukovanje bez ljepljenja. On omogućuje upotrebu ručnih instrumenata kako bi se definirala većina restauracijske anatomije, što pridonosi minimiziranju trajanja postupka i uključenog napora u uzet s upotrebom rotacijskih instrumenata.
    Za primjenu Unidose: Ubrizgajte kompozitni materijal s vrha kompule Unidose izravno u šupljinu počevši od najdubljeg dijela.
    Primjena s pomoću štrcaljke: Nakon istiskivanja materijala na podlogu obavezno odvrnite štrcaljku za najmanje dva puna okretaja da biste smanjili pritisak na materijal.
11. Nanesite slojeve kompozita svaki debljine do 2 mm za sve nijanse osim za nijansu Universal Opaque i do 15 mm debljine za svaki sloj nijanse Universal Opaque, pritom pazeći da pravilno prilagođavate materijal površini šupljine.
12. Polimerizirajte svaki sloj*. U tablici na kraju ovih uputa potražite preporučeno vrijeme polimerizacije ranjih nijansi pri različitim intenzitetima svjetlosti.
13. Po potrebi prilagodite zagriz. Završite doradu i poliranje s pomoću preferiranog sustava za poliranje.

*PREPORUČENO VRIJEME POLIMERIZACIJE

Za restauracijsku funkciju ključna je odgovarajuća polimerizacija. Kod nepolimeriziranog ili nedovoljno polimeriziranog materijala postoji mnogo veća vjerojatnost izazivanja nekog oblika kliničkog zatajenja. Kerr preporučuje da redovitim pregledima provjeravate funkcioniraju li svjetla za polimerizaciju i pružaju li očekivanu količinu zračenja.
OptiShade služi za polimerizaciju halogenim ili LED svjetlom uz minimalni intenzitet svjetlosti od 650 mW/cm² te izlaznu valnu duljinu svjetlosti u rasponu od 400 do 520 nm. Preporuke za polimerizaciju potražite u tablici u nastavku. Sva se vremena odnose na jednu polimerizaciju okluzijske površine. Za sve restauracije stražnjih zuba Kerr preporučuje dodatnih 10 sekundi polimerizacije i na bukalnoj i na lingvalnoj površini zuba.

	Universal Opaque	Nijansa Dark	Nijanse Light, Medium i Bleach White
Inkrementalna dubina	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (ili svjetlost intenziteta 650 – 1000 mW/cm²)	40 sekundi	40 sekundi	20 sekundi
Demi™ Ultra / Demi™ Plus (ili svjetlost intenziteta > 1000 mW/cm²)	20 sekundi	20 sekundi	10 sekundi

Za sva ostala svjetla pogledajte preporuku proizvođača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Nastavci Unidose: Nastavci Unidose nisu za višekratnu upotrebu.
Pištolji za raspršivanje za nastavke Unidose: Pogledajte upute za ponovnu obradu proizvođača pištolja za raspršivanje za nastavke koji upotrebljavate.
Kompozitne štrcaljke: Kako biste spriječili kontaminaciju štrcaljki slinom ili drugim tjelesnim tekućinama, upotrebljavajte zaštitne barijere. Uvijek rukujte štrcaljkom čistim/dezinfic

SKLADOVÁNÍ A ODLAGANJE

Proizvod treba skladištiti na temperaturi između 2 °C i 28 °C (36 °F do 82 °F). Ako se proizvod čuva u hladnjaku, prije upotrebe prilikom uzimanja iz hladnjaka, pričekajte da se zagrije na sobnu temperaturu. Potrebno je učiniti sve što je moguće kako bi se kompozit prije upotrebe zaštitio od vidljivog svjetla.

Rok upotrebe označen je na pakiranju. Nemojte upotrebljavati restauracijski materijal nakon isteka roka upotrebe.

Pri odlaganju proizvoda pridržavajte se saveznih ili državnih zakona primjenjivih za odgovarajuću zemlju.

SDS za ovaj proizvod dostupan je na stranici: www.kerrdental.com. Također ga možete dobiti od svog ovlaštenog dobavljača.

OGRANIČENO JAMSTVO - OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TVRTKE KERR

Usmeni i pisani tehnički savjeti tvrtke Kerr služe kao pomoć zubarima koji upotrebljavaju proizvode te tvrtke. Zubar preuzima sav rizik i odgovornost za štete nastale zbog nepravilne upotrebe proizvoda tvrtke Kerr. U slučaju nedostataka u materijalu ili izradi, odgovornost tvrtke Kerr ograničena je, prema njezinu vlastitom nahođenju, na zamjenu proizvoda s nedostatnim ili nekoj njegova dijela ili na naknadu stvarnog troška tog proizvoda. Kako bi se iskoristilo to ograničeno jamstvo, proizvod s nedostacima mora se vratiti tvrtki Kerr. Tvrtka Kerr ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za posredne ili slučajne, ili posljedične štete. OSIM ONIH KOJA SU IZRIČITO NAVEDENA U PRETHODNOM ODJELJKU, KERR NE DAJE NI IZRIČITA NI PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA O POGLEDU OPISA, KVALITETE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

OPIS SIMBOLA

1. Medicinski proizvod **2.** Ograničenja za temperaturu skladištenja: niska 2 °C / 36 °F i visoka 28 °C / 82 °F

SADRŽAJ

3. Nastavak Unidose **4.** Štrcaljka

Potpun opis simbola upotrijebljenih na ambalaži tvrtke Kerr nalazi se na **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

cs - ČESKÝ

OptiShade™

Nanohybridní univerzální výplňové kompozitum
ISO 4049: Výplňový materiál na bázi polymeru, Třída 2 / skupina 1

OBECNÉ INFORMACE

OptiShade je světlem tvrzený, estetický, pryskyřičný, nanohybridní dentální výplňový materiál určený pro umístění přímých výplní. OptiShade je určen pro použití po umístění dentálního adheziva, jako je například produkt Kalo Kerr Fady OptiBond™. OptiShade se dodává v kompulích pro jednorázové kompozitu po jednotkách (Unidose) a v dávkovacích systémech se stříkačkou.

Tento produkt je určen k použití kvalifikovanými zubními lékaři u běžné populace pacientů.

SLOŽENÍ PRODUKTU

100% hlinik má radioopacitu ekvivalentní s dentinem a 200% hlinik je ekvivalentní sklovině.

Výplňový materiál se dodává ve třech kompozitních odstínech Light (světlý), Medium (středně tmavý) a Dark (tmavý) a ve dvou opakovatelných odstínech Bleach White (vybělený bílý) a Universal Opaque (univerzální neprůhledný). Všechny odstíny jsou nepropustné pro rentgenové záření s přibližně 250% hliníkem.

Plniva obsahují chemicky naplněné směsné oxidy, předpolymerované plnivo, plnivo z barycového skla, oxid křemičitý a fluorid ytterbitý (přibližně 81,5 % hmotnostně nebo 65) % objemově u odstínů Light, Medium, Dark a Universal Opaque a přibližně 78,5 % hmotnostně nebo 60% objemově u odstínu Bleach White). Celkové množství anorganických plniv je až 75 % hmotnostně nebo 55 % objemově. Odstíny Light, Medium, Dark a Universal Opaque mají velikost částic v rozmezí 40 nm až 6 mikronů. Odstín Bleach White má velikost částic v rozmezí 40 nm až 30 mikronů. Produkt OptiShade obsahuje pryskyřice Bis-EMA, Bis-GMA a TEGDMA.
Žádná ze složek přípravku neobsahuje farmakologicky aktivní složky.

INDIKACE K POUŽITÍ

OptiShade, nanohybridní dentální výplňový materiál, je indikovaný pro přímé umístění do kavit všech tříd u předních i zadních zubů. Mezi další indikace patří: opravy porcelánových/kompozitních náhrad a výstavba jádra.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

VAROVÁNÍ

1. Přípravek nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na metakryláty. Nevytvrzená metakrylátová pryskyřice může způsobit kontaktní dermatitidu a poškodit zubní dřeň.
2. Zabraňte styku s pokožkou, očima a měkkými tkáněmi. Zasažené místo důkladně omyjte vodou.
3. Pokud dochází k zasažení očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Neužívejte vnitřně.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití produktu OptiShade nepředpokládá jiného kompozitního materiálu společnost Kerr doporučuje následující opatření:

- Pacientovi poskytněte ochranné brýle.
- Pro izolaci ústní dutiny použijte kofferdam.
- Během umístování výplně zabraňte kontaminaci tekutinami.
- Vřele se doporučuje použití ochranných rukavic a bezodtokové klinické techniky. Pokud se kompozitu dotknete běžně používanými rukavicemi, akrylát může rukavicí proniknout. Rukavici ihned vyhoďte a umyte si ruce.
- Materiál chraňte před světlem z operační lampy, kdy může vzniknout polymeraci.
- Špičky Unidose jsou vytvořeny PRO POUŽITÍ POUZE U JEDNOHO PACIENTA, aby nedošlo ke křížové kontaminaci mezi pacienty.

Kerr, OptiShade a Unidose jsou ochranné známky vlastněné společností Kerr Corporation.

NEPŘÍZNIVÉ UDÁLOSTI

Dojde-li v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem k závažnému incidentu, oznamte jej výrobci a příslušnému orgánu země uživatele a/nebo pacienta.

POKYNY KROK ZA KROKEM

1. Při používání a manipulaci s tímto produktem používejte osobní ochranné prostředky.
2. Nepoužívejte tento produkt v blízkosti produktů obsahujících eugenol.
3. Zub očistěte nefluorovanou pemzou a vodou, aby se odstranily veškeré zbytky nebo barviva, která mohou narušovat proces výběru odstínu.
   Vyberte požadovaný odstín podle níže uvedeného grafu. Při korektním odstínu pro zub, který má být vyplněn, nebo pro jakýkoli přilehlý zub, lze použít funkční model kompozitu nebo vzorník odstínů dle systému VITA*. V mnoha případech je pro výplň zubu dostatečný jediný odstín přípravku OptiShade v průzvitnosti sklovina. Odstín výplňového materiálu je ovlivňován tloušťkou kompozitu. Výběr odstínu a modely přiložené k zubům musí odpovídat tloušťce vyplňovaného zubu:

Odstíny kompozitního materiálu	Ekvivalentní odstín podle systému VITA
Light – LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium – MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark – DK	A3,5, A4, B3, B4, C3, C4
Doplňkové odstíny	
Bleach White – BW	Vybělená bílá
Universal Opaque – UO	Blokující zabarvení

4. Po výběru odstínu zub izolujte Vámi osvědčenou metodou.
5. Přeparujte zub pomocí Vámi osvědčených rotačních nástrojů a pomocí aktuálně platných příprav kavit. Produkt OptiShade umožňuje vynikající míchání (efekt chameleona), který může být dále vylepšen použitím malých izbecen na okrajích preparace. Při výměně výplně dbejte na odstranění veškerého dosavadního výplňového materiálu z operačního místa.
6. Pokud zoubě k odhalení dřeně, aplikujte malé množství hydroxidu vápenatého a pak běžně dostupnou bázi skleněno ionomeru.
7. Produkt OptiShade je kompatibilní se všemi metakrylátovými dentálními adhezivními systémy, jako je například produkt Kalo Kerr řady OptiBond. Proces lepení dokončete podle pokynů výrobce.
8. Pokud je třeba, použijte vložku na bázi tekutého kompozitu o nízké viskozitě a vytlačte ji světlem podle návodu výrobce.
9. Dojde-li k zabarvení struktury zubu nebo je-li zapotřebí oprava porcelánového/kompozitního materiálu, lze univerzální odstín Universal Opaque použít k zablokování zabarvení nebo skrytí kovové části, pokud se jedná o tento případ.
10. Pro přípravek OptiShade je typická optimální, nelepkavá manipulace. Produkt umožňuje použití ručních nástrojů pro vytvoření většiny náhradních anatomických struktur, což pomáhá omezit na minimum čas a námahu spojenou s použitím rotačních nástrojů.
11. Aplikujte kompozitní vrstvy v tloušťce až 2 mm pro všechny odstíny s výjimkou Universal Opaque a vrstvy materiálu Universal Opaque o tloušťce až 1,5 mm, přičemž dbejte na správné přizpůsobení materiálu povrchu kavity.
12. Každou vrstvu vytvrdňte*. Na konci tohoto návodu najdete doporučené doby tvrzení pro různé odstíny při různých intenzitách světla.
13. Pokud je třeba, upravte okluzi. Povrch upravte a přeleštěte užitím preferovaného leštícího systému.

*DOPORUČENÉ DOBY TVRZENÍ

Pro vysílrovou funkci je nezbytná správná doba tvrzení. U nevytvrzeného nebo nedostatečně vytvrzeného kompozitního materiálu je množství vyšší pravděpodobnost nějaké formy klinického selhání. Společnost Kerr doporučuje pravidelně kontrolu vytvrzovacích světel, aby se zajistilo, že jsou funkční a poskytují požadované ozáření.
Přípravek OptiShade je určen pro vytvrzení halogenovým nebo LED světlem s minimální intenzitou světla 650 mW/cm² a výstupní vlnovou délkou světla v rozmezí 400–520 nm. Doporučení ohledně tvrzení najdete v tabulce níže. Vždy se řídte podle vytvrzení pomocí jedné okluze. Při použití jiných nářadí nabízejí společnosti Kerr doporučuje dalších 10 sekund, a to jak u bukálního tak u lingválního povrchu zubu.

	Universal Opaque	Dark Shade	Odstíny Light, Medium a Bleach White
Inkrementální hloubka	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (nebo světlo s výkonem 650–1000 mW/cm²)	40 sekund	40 sekund	20 sekund
Demi™ Ultra / Demi™ Plus (nebo světlo s výkonem > 1000 mW/cm²)	20 sekund	20 sekund	10 sekund

U všech ostatních lamp dodržujte doporučení výrobce.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Špičky Unidose: Nepoužívejte špičky Unidose opakovaně.
Dávkovací pistole Unidose: Postupujte podle pokynů pro opětovné použití výrobce použité dávkovací pistole.
Stříkačky pro kompozitní materiál: Pro prevenci kontaminace stříkaček slinami nebo jinými tělními tekutinami používejte ochranné bariéry. Při manipulaci s produkty vždy používejte čisté/dezinfikované rukavice. Došlo-li ke kontaminaci produktu, nepoužívejte jej opakovaně.
Po každém použití opět nasaďte krytku stříkačky, aby nedošlo k zatuhnutí pryskyřice ve stříkačce.

UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACE

Produkt má být uchováván při teplotách v rozmezí 2–28 °C (36–82 °F). Pokud přípravek uchováváte v lednici, před použitím jej nechte ohřát na pokojovou teplotu. Před použitím musí být kompozit pečlivě chráněn před působením viditelného světla.

Datum spotřeby je vyznačeno na obalu. Výrobný materiál nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.

Při likvidaci se řiďte platnými vnitrostátními předpisy.

Bezpečnostní list (SDS) tohoto produktu je dostupný na webové stránce: www.kerrdental.com. Můžete jej rovněž získat od Vámi preferovaného dodavatele.

OMEZENÁ ZÁRUKA - OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI KERR

Písemné nebo ústní technické pokyny společnosti Kerr mají usnadnit stomatologům používání produktů značky Kerr. Stomatolog nese veškerou odpovědnost za riziko vzniklá nesprávným používáním produktů společnosti Kerr. V případě vady materiálu nebo zpracování je odpovědnost společnosti Kerr omezená a společnost Kerr podle vlastního uvážení buď nahradí poškozený produkt, nebo jeho část, nebo poskytne finanční kompenzaci vadného produktu. Pro uplatnění reklamace vadného produktu je třeba tento produkt vrátit společnosti Kerr. Společnost Kerr nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, náhodné ani následné škody. KROMĚ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE SPOLEČNOST KERR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE NA POPIS, KVALITU NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

POPIS SYMBOLŮ

1. Zdravotnický prostředek **2.** Meze teploty pro uchovávání: dolní 2 °C/36 °F a horní 28 °C/82 °F

OBSAH

3. Špička Unidose **4.** Stříkačka

Úplné vysvětlení symbolů používaných na obalech společnosti Kerr je uvedeno na adrese:
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

fr - FRANÇAIS

OptiShade™

Composite de restauration universel nanohybride
ISO 4049 : matériau de restauration à base de polymères, classe 2/groupe 1

GÉNÉRALITÉS

OptiShade est un matériau de restauration dentaire esthétique à base de résine nanohybride photopolymérisée, conçu pour le placement des restaurations directes. OptiShade est conçu pour être utilisé après le placement d'un adhésif dentaire, tel qu'un produit de la gamme OptiBond™ de Kalo Kerr. OptiShade est disponible en capsules de composite Unidose et en systèmes de distribution à seringue.

Ce produit est destiné à une utilisation par des professionnels de la santé dentaire qualifiés sur une population de patients générale.

COMPOSITION DU PRODUIT

L'aluminium à 100 % a une radio-opacité équivalente à celle de la dentine et l'aluminium à 200 % équivalente à celle de l'émail.

Le matériau de restauration est disponible en trois teintes de composite (Light, Medium, Dark) et deux teintes spéciales (Bleach White et Universal Opaque). Toutes les teintes sont radio-opaques avec de l'aluminium à environ 250 %.

Les charges comprennent une sélection d'oxydes mixtes infusés chimiquement, une charge prépolymérisée, une charge en verre de baryum, de la silice et du trifluorure d'ytterbium (environ 81,5 % en poids ou 65) % en volume pour les teintes Light, Medium, Dark et Universal Opaque, environ 78,5 % en poids ou 60 % en volume pour la teinte Bleach White). Les charges inorganiques représentent jusqu'à 75 % en poids ou 55 % en volume. Les teintes Light, Medium, Dark et Universal Opaque ont une granulométrie comprise entre 40 nm et 6 microns. La teinte Bleach White a une granulométrie comprise entre 40 nm et 30 microns. OptiShade contient des résines Bis-EMA, Bis-GMA et TEGDMA.
Aucun des ingrédients du produit ne contient de composants pharmacologiquement actifs.

MODE D'EMPLOI

OptiShade, un composite de restauration dentaire nanohybride, est indiqué dans le placement direct dans tous les types de cavités dans les dents antérieures et postérieures. Autres indications : réparation des restaurations en porcelaine/composite et faux moignons.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue.

AVERTISSEMENTS

1. Ne pas utiliser chez les patients ayant une allergie connue au méthacrylate. Une résine méthacrylate non-polymérisée peut provoquer une dermatite de contact et endommager la pulpe.
2. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les tissus mous. Rincer abondamment à l'eau en cas de contact.
3. Un avis médical est requis en cas de contact avec les yeux.
4. Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Kerr recommande de prendre les précautions suivantes lors de l'utilisation d'OptiShade ou de tout autre matériau composite :

- Fournir des lunettes de protection au patient.
- Utiliser une digue dentaire en caoutchouc afin d'isoler la cavité buccale.
- Éviter la contamination de liquide pendant le placement.
- Lutilisation de gants de protection et d'une technique clinique sans contact est fortement recommandée. Si le composite est manipulé avec des gants habituellement utilisés, l'acrylate peut pénétrer dans le gant. Jeter le gant et se laver immédiatement les mains.
- Protéger le matériau de la lumière ambiante car elle pourrait déclencher la polymérisation.
- Les embouts Unidose sont conçus pour être utilisés sur UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT, afin d'empêcher toute contamination croisée entre différents patients.

Kerr, OptiShade et Unidose sont des marques déteneus par Kerr Corporation.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

En cas d'incident grave avec ce dispositif médical, le signaler au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel résident l'utilisateur et/ou le patient.

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Porter un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation et de la manipulation de ce produit.
2. Ne pas utiliser ce produit à proximité de produits contenant de l'eugénol.
3. Nettoyer la dent avec une pierre ponce non fluorée et de l'eau afin de retirer tout débris ou tache pouvant interférer dans la procédure de sélection de la teinte. Sélectionner la teinte souhaitée à partir du tableau ci-dessous. Il est possible d'utiliser une reconstitution provisoire en composite ou le guide de teinte VITA* correspondant afin de vérifier la couleur de la dent à restaurer et de toute autre dent voisine. Dans de nombreux cas, une seule teinte d'OptiShade est suffisante pour restaurer la dent. La teinte du matériau de restauration est affectée par l'épaisseur du composite. La sélection de la teinte et les reconstitutions provisoires doivent correspondre à l'épaisseur de la dent à restaurer :

Teintes de composite	Équivalent du guide de teinte VITA
Light — LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium — MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark — DK	A3,5, A4, B3, B4, C3, C4
Teintes d'accessoire	
Bleach White — BW	Blanc Javel
Universal Opaque — UO	Blocage de décoloration

4. Après sélection de la teinte, isoler la dent avec la méthode d'isolation de préférence.
5. Préparer la dent en utilisant vos instruments rotatifs de préférence ainsi que des modèles de préparation modernes. OptiShade offre une harmonisation excellente (effet caméléon) qui peut être encore améliorée en utilisant de petits biseaux sur les marges de la préparation.
   En cas de remplacement d'une restauration, s'assurer de retirer tout matériau de restauration existant du site d'opération.
6. En cas d'exposition de la pulpe, placer une petite quantité d'hydroxyde de calcium, puis une base en verre ionomère classique.
7. OptiShade est compatible avec tous les systèmes adhésifs dentaires en méthacrylate, comme un produit de la gamme OptiBond de Kalo Kerr. Suivre la procédure de scellement conformément aux instructions du fabricant.
8. Au besoin, placer un fond protecteur à l'aide d'un composite fluide de faible viscosité, et durcir légèrement conformément aux instructions du fabricant.
9. En cas de décoloration de la structure dentaire ou de réparation de la porcelaine/du composite, la teinte Universal Opaque peut être utilisée pour masquer la décoloration ou cacher une partie métallique si elle existe.
10. OptiShade offre une manipulabilité optimale et est non collant. Il permet l'utilisation d'instruments manuels pour définir la plupart de l'anatomie de restauration, ce qui aide à réduire le temps et l'effort associés aux instruments rotatifs.
    Pour l'administration par Unidose : injecter le matériau composite avec l'embout Unidose dans la cavité, en commençant par la partie la plus profonde.
    Pour l'administration par seringue : après avoir extrudé le matériau sur le plateau, insérer la seringue d'au moins deux tours complets afin d'abaisser la pression sur le matériau.
11. Appliquer des couches de composite jusqu'à 2 mm d'épaisseur pour couvrir toutes les teintes sauf Universal Opaque et jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur pour couche pour Universal Opaque, en prenant soin d'adapter correctement le matériau à la surface de la cavité.
12. Faire durcir chaque couche*. Se référer au tableau à la fin de ces instructions pour connaître les durées de durcissement recommandées pour les différentes teintes à des intensités lumineuses variées.
13. Ajuster l'occlusion au besoin. Exécuter la finition et polir en utilisant le système de polissage de préférence.

*TEMPS DE DURCISSEMENT RECOMMANDÉS

Un durcissement adéquat est essentiel pour la fonction de restauration. Un composite non durci ou pas suffisamment durci est plus à même de conduire à un échec clinique. Kerr recommande d'inspecter régulièrement les lampes de durcissement afin de s'assurer qu'elles fonctionnent et produisent l'éclairement énergétique attendu.
OptiShade est conçu pour être durci par une lumière halogène ou une DEL d'une intensité lumineuse minimum de 650 mW/cm² et d'une longueur d'onde comprise entre 400 et 520 nm. Consulter le tableau ci-dessous pour connaître les recommandations en termes de durcissement. Toutes les durées font référence à un durcissement de face occlusale unique. Kerr recommande 10 secondes de durcissement supplémentaires sur les surfaces linguale et buccale de la dent pour toute restauration postérieure.

	Universal Opaque	Teinte Dark	Teintes Light, Medium, et Bleach White
Profondeur de couche	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (ou lumière d'une intensité comprise entre 650 et 1 000 mW/cm²)	40 secondes	40 secondes	20 secondes
Demi™ Ultra/Demi™ Plus (ou lumière d'une intensité > 1 000 mW/cm²)	20 secondes	20 secondes	10 secondes

Pour toute autre lampe, se conformer aux recommandations du fabricant.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Embouts Unidose : ne pas réutiliser les embouts Unidose.
Pistolets à embouts Unidose : consulter les instructions relatives au retraitement fournies par le fabricant du pistolet à embout utilisé.
Seringues à composite : pour éviter que les seringues ne soient contaminées par de la salive ou d'autres liquides organiques, utiliser des digues de protection. Toujours manipuler la seringue avec des gants propres/désinfectés. Ne pas réutiliser si la seringue se trouve contaminée.
Reboucher la seringue après chaque utilisation afin d'éviter que la résine n'y durcisse.

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

Le produit doit être stocké à une température comprise entre 2 °C et 28 °C (36 °F à 82 °F). Si le produit est stocké dans un réfrigérateur, attendre que le produit soit à température ambiante avant de l'utiliser. Tenir le composite à l'abri de la lumière visible avant de l'utiliser.

La date de péremption est indiquée sur l'emballage. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Concernant la mise au rebut, toujours suivre les lois fédérales ou d'État applicables à ce pays.

La FDS de ce produit est disponible à l'adresse suivante : www.kerrdental.com. Elle peut également être obtenue auprès de votre fournisseur habituel.

GARANTIE LIMITÉE — LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ DE KERR

Les conseils techniques de Kerr, écrits ou oraux, visent à aider les chirurgiens-dentistes lors de l'utilisation d'un produit Kerr. Le chirurgien-dentiste assume tous les risques et l'entière responsabilité des dommages découlant de l'utilisation incorrecte d'un produit Kerr. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, la seule responsabilité qui incombe à Kerr, à la discrétion de Kerr, est le remplacement de la pièce ou du produit défectueux ou le remboursement du coût réel du produit défectueux. Afin de bénéficier de cette garantie limitée, le produit défectueux doit être retourné à Kerr. En aucun cas Kerr ne pourra être tenu responsable de dommages directs, indirects ou consécutifs. À L'EXCEPTION DE CE QUI EST CLAIREMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, KERR N'EST TENU À AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE, RELATIVE NOTAMMENT À LA DESCRIPTION DU PRODUIT, SA QUALITÉ OU SON ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

DESCRIPTION DES SYMBOLES

1. Dispositif médical **2.** Limites de température de stockage : basse 2 °C/36 °F et haute 28 °C/82 °F

CONTENU

3. Embout Unidose **4.** Seringue

Pour une explication complète des symboles utilisés sur les emballages Kerr, consulter :
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

hu - MAGYAR

OptiShade™

Nanohibrid univerzális restaurációs kompozit
ISO 4049: Polimer alapú restaurációanyag, 2. osztály, 1. csoport

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az OptiShade fényre kötő, esztétikai, gyantaalapú nanohibrid fogászati restaurációanyag, amelyet közvetlen helyreállítás elvégzésére szolgál. Az OptiShade valamely fogászati ragasztó, például a Kalo Kerr OptiBond™ termékcsalád egyik tagjának alkalmazása után való használatra szolgál. Az OptiShade kapható az egy adagot tartalmazó Unidose „compule", illetve fecskendős adagolórendszeres kiszerelésben.

Ezt a terméket képesített fogászati szakemberek általi, általános betegpopuláción történő használatra szánták.

A TERMÉKÖSSZETÉTEL

Az alumínium sugárgyengítő tulajdonságát egységnyinek tekintve a dentin sugárgyengítése 100%, a fogzománcé pedig 200%.

A restaurálóanyag három kompozit árnyalatban (Light, Medium, Dark), valamint két speciális árnyalatban (Bleach White és Universal Opaque) kapható. A terméket minden színárnyalata sugárelnyelő; sugárgyengítésük az alumíniumhoz képest körülbelül 250%.

A termék töltőanyagai: kémiailag kevert oxidok, előre polimerizált töltőanyag, báriumüveg töltőanyag, szilícium-dioxid és itterbium-trifluorid (a Light, Medium, Dark és Universal Opaque árnyalatokban tömeg szerint körülbelül 81,5%, térfogat szerint 65)%, a Bleach White árnyalatban pedig tömeg szerint körülbelül 78,5%, térfogat szerint 60%). A szervetlen töltőanyagok aránya legfeljebb tömeg szerint 75%, térfogat szerint 55%. A Light, Medium, Dark és Universal Opaque árnyalatok részecskeméretе 40 nm és 30 mikron között. A Bleach White árnyalat részecskeмérete 40 nm és 30 mikron között. A OptiShade bis-EMA, bis-GMA és TEGDMA gyantákat tartalmaz. A termék összetevői közül egyik sem tartalmaz farmakológiai hatással rendelkező anyagot.

FELHASZNÁLÁSI JAVALLATOK

Az OptiShade nanohibrid fogászati restaurálóanyag javallatot is kibocsátott helyezésére minden üregtípus esetén, az elülső és a hátsó fogak esetén is. További javallatok: porcelán/kompozit protézisek javítása és csonkfelépítmények kialakítása.

ELLENJAVALLATOK

Nem ismertek.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne használja a terméket ismert metakrilát-allergiában szenvedő betegeknél. A polimerizálatlan metakrilát műgyanya kontakt dermatitiszt okozhat és a fogpulpa sérülését eredményezheti.
2. Kerülje a szemmel, bőrrel és lágyszövetekkel való érintkezést. Érintkezés esetén alaposan mossa meg az adott felületet vízzel.
3. Ha szembe kerül, forduljon orvoshoz.
4. Belsőleg nem alkalmazható, ne nyelje le.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A Kerr a következő óvintézkedések betartását javasolja az OptiShade és más kompozit anyagok használata esetén:

- Lássa el a beteget védőszemüveggel.
- Kofferdam segítségével szigetelje el a szájüreget.
- Behelyezés közben kerülje el a folyadékkal történő szennyeződést.
- Határozottan javasolt a védőkesztyű és az érintkezésmentes fogorvosi technika alkalmazása. Ha a kompozit anyagot megérinti általánosan használatos gumikesztyűvel, az akrilát átjuthat a gumikesztyűn. Azonnal dobja ki a gumikesztyűt, és mosson kezet.
- Védje az anyagot a környezeti fénytől, amely elindíthatja a polimerizációt.
- A Unidose termék CSAK EGYETLEN BETEGEN VALÓ HASZNÁLATRA SZOLGÁL, a betegek közötti keresztszennyeződés megelőzése érdekében.

A Kerr, az OptiShade és a Unidose a Kerr Corporation tulajdonát képező védjegy.

NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK

Ha súlyos esemény történik ezzel az orvosi eszközzel, jelentse azt a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg országában illetékes hatóságnak.

UTASÍTÁSOK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. A termék kezelésekor viseljen személyi védőfelszerelést.
2. Ne használja ezt a terméket eugenolt tartalmazó termékek közelében.
3. Tisztítsa meg a fogat fluormentes habkővel és vízzel a törmelékek vagy foltok eltávolítása céljából, amelyek megakadályozhatják a megfelelő árnyalat kiválasztását.
   Válassza ki a megfelelő árnyalatot az alábbi táblázat alapján. Kompozit modell vagy a VITA* mutatójához illeszteít árnyalatmutató használható a kezelendő fog és az esetleges szomszédos fogak színének ellenőrzésére. Sok esetben a fog helyreállításához az OptiShade anyag egyetlen árnyalata elegendő. A tömőanyag árnyalatát befolyásolja a kompozit vastagsága. Az árnyalat kiválasztásánál és a modell készítésénél figyelembe kell venni a helyreállítandó fogállomány vastagságát:

Kompozit színárnyalatok	VITA árnyalatmutatót megfelelő árnyalata
Light – LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium – MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark - DK	A3,5, A4, B3, B4, C3, C4
Kiegészítő színárnyalatok	
Bleach White – BW	Világosfehér
Universal Opaque – UO	Elszíneződések elfedése

4. Az árnyalat kiválasztása után izolálja a fogat az Ön által választott izolálási módszerrel.
5. Végezze el a fog előkészítését az Ön által választott forgó eszközökkel, korszerű kialakítású előkészítéssel. Az OptiShade kiemelkedő színilleszkedést biztosít (kaméleonhatás), amely tovább javítható az előkészítés széleinek enyhe lesarkításával. Ha tömés cserélt végzi, gondoskodjon az összes tömőanyag teljes eltávolításáról a pótlás helyéről.
6. Ha a pulpaszűvet szabadult vált, helyezzen rá kis mennyiségű kalcium-hidroxidot, majd hagyományos üvegionomer alapot.
7. Az OptiShade kompatibilis minden metakrilát-alapú fogászati ragasztórendszerrel, például a Kalo Kerr OptiBond termékcsalád tagjaival. Fejezze be a ragasztási eljárást a gyártó utasításai szerint.
8. Igény esetén készítsen bevonatot egy alacsony viszkozitású, folyékony kompozit anyaggal, és végezzen fénykezelést a gyártó utasításai szerint.
9. A fog szerkezetének elszíneződése vagy porcelán/kompozit restaurációt javítása esetén a Universal Opaque árnyalat segítségével elfedhető az elszíneződés vagy a fémfelület.
10. Az OptiShade idealisan kezelhető, nem ragadós anyag. Használatával a helyreállítás kialakításának a nagy része elvégezhető kézi eszközökkel, ami a lehető legkisebbre csökkenti a forgó eszközök használatával töltött időt és az ezzel járó fáradságot.
    A Unidose termék alkalmazása: Fecskendezze a kompozit anyagot a Unidose tartályból közvetlenül az üregbe, a legmélyebb részével kezdve.
    A fecskendős kiszerelésű termék alkalmazása: Miután kinyomta az anyagot egy keverőlapra, húzza vissza a fecskendőt legalább két teljes fordulatnyival, hogy megszűnjön az anyagra kifejtett nyomás.
11. Vigye fel a kompozit anyagot a Universal Opaque árnyalat esetén legfeljebb 1,5 mm, a többi árnyalat esetén pedig legfeljebb 2 mm vastagságban, ügyelve az anyag megfelelő illeszkedése az üreg felszínéhez.
12. Minden rétegen végezzen fénykezelést*. A különböző árnyalatokhoz javasolt, különböző intenzitású fényerő végzett kezelési időket tartalmazó táblázat e használati utasítások végén található.
13. Szükség esetén végezze el az okklúzionának megfelelően. Végezze el a finírozást és a polírozást a kívánt polírozórendszerrel.

*JAVASOLT FÉNYKEZELÉSI IDŐK

A megfelelő kötés elengedhetetlen a helyreállítás funkciója. A meg nem kötött vagy nem elégséges mértékben megkötött kompozit anyag esetén sokkal nagyobb a klinikai elégtelenség valamilyen formájának a valószínűsége. A Kerr a fénykezelő lámpák rendszeres ellenőrzését javasolja, hogy biztosítva legyen a működésük, és megfelelően az előírható fényerővel.
Az OptiShade anyagot halogén- vagy LED-lámpával kell fotopolimerizálni legalább 650 mW/cm² intenzitású, 400–520 nm közötti hullámhosszú fénnyel. A fénykezelésre vonatkozó ajánlásokat lásd alább. Minden adat egyetlen okklúzális felszín fénykezelésére vonatkozik. A hátsó fogakon végzett bármilyen helyreállítás esetén a Kerr további 10–10 másodpercnyi fénykezelést ajánl mind a bukkális, mind a linguális fogfelszínen.

	Universal Opaque	Dark árnyalat	Light, Medium és Bleach White árnyalat
Rétegvastagság	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (vagy 650–1000 mW/cm² teljesítményű lámpa)	40 másodperc	40 másodperc	20 másodperc
Demi™ Ultra / Demi™ Plus (vagy > 1000 mW/cm² teljesítményű lámpa)	20 másodperc	20 másodperc	10 másodperc

Minden más lámpa esetében a gyártó utasításait kell követni.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Unidose hegy: Ne használja újra a Unidose hegyeket.
Unidose hegyekhez való pisztoly: Lásd az használt pisztoly gyártójának az újrafeldolgozásra vonatkozó utasításait.
Kompozit fecskendő: A fecskendők nyáltól vagy más testnedvektől való szennyeződésének elkerülése érdekében használjon védőburkot. Mindig tiszta, illetve fertőtlenített kesztyűket viseljen a fecskendők használata közben. Ne használja újra, ha szennyeződött. Minden használat után tegye vissza a fecskendő kupakját, hogy a gyanta ne keményedjen meg a fecskendőben.

TÁROLÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék 2 °C és 28 °C (36 °F és 82 °F) közötti hőmérsékleten tárolandó. Ha a terméket hűtőgépben tárolják, a használat előtt hagyja szobahőmérsékletre felmelegedni. Gondoskodjon ügyelni kell arra, hogy az anyagot a felhasználást megelőzően semmilyen fényhatás ne érje.

A lejárati dátum a csomagoláson van feltüntetve. Ne használja a tömőanyagot a lejárati dátum után.

A megfelelő hulladékkezeléshez mindig tartsa be az országban érvényes előírásokat.

A termék biztonsági adatlapja (SDS) a következő honlapon található. Beszerezheti a szokásos forgalmazójától is.

KORLÁTOZOTT GARANCIA - A KERR FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

A Kerr – akár szóbeli, akár írásos - szakmai tanácsainak célja a fogorvosok segítése a Kerr termékek használatában. A Kerr termékek helytelen használatából származó minden kockázat és kártérítési felelősség a fogorvost terheli. Anyag- vagy gyártási hiba esetén a Kerr felelősségre arra korlátozódik, hogy – választása szerint – kicseréli a hibás terméket vagy alkatrészt, vagy megtéríti a hibás termék tényleges árát. E korlátozott jótállás érvényesítéséhez a hibás terméket vissza kell juttatni a Kerr részére. A Kerr vállalat semmilyen esetben sem vállal felelősséget a közvetett, véletlen vagy következményes károkért. A FENT ISMERTETETT JÓTÁLLÁSON KÍVÜL A KERR NEM NYÚJT SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE A LEÍRÁSRA, A MINŐSÉGRE ÉS AZ EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT.

SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

1. Orvostechnikai eszköz **2.** Tárolási hőmérséklet-határértékek: Minim

9. Em situações de descoloração da estrutura do dente ou reparo da porcelana/resina, a tonalidade Universal Opaque pode ser usada para bloquear a descoloração ou escurecer uma parte metálica, caso exista.
10. OptiShade oferece ótima manuseabilidade, sem grudar. Isso permite o uso de instrumentos manuais para definir a maior parte da anatomia da restauração, o que ajudará a minimizar o tempo e o esforço associados aos instrumentos rotativos.
Para aplicação por Unidose: Injete o material composto da ponta do Unidose diretamente na cavidade, começando na parte mais profunda.
Para aplicação por seringa: Após a extrusão do material em um bloco, recue a seringa pelos menos duas vezes completamente para aliviar a pressão no material.
11. Aplique camadas de composto com até 2 mm de espessura cada para todas as tonalidades, exceto para a Universal Opaque, e até 1,5 mm de espessura cada para a Universal Opaque, tendo o cuidado de adaptar adequadamente o material à superfície da cavidade.
12. Polimerize cada camada*. Consulte a tabela no fim destas instruções para conhecer os tempos de polimerização recomendados de diversas tonalidades em diversas intensidades de luz.
13. Ajuste a oclusão conforme necessário. Conclua o acabamento e o polimento usando o sistema de polimento preferido.

***TEMPOS DE POLIMERIZAÇÃO RECOMENDADOS**

A polimerização adequada é essencial para a função restauradora. O material de composto não polimerizado ou com polimerização insuficiente tem mais probabilidade de apresentar alguma forma de falha clínica. A Kerr recomenda as inspeções regulares em suas luzes de polimerização para garantir que estejam funcionando e forneçam a irradiação esperada.
OptiShade deve ser polimerizado por uma lâmpada de halogênio ou de LED com uma intensidade mínima de 650 mW/cm² e uma saída de luz de comprimento de onda dentro do intervalo de 400–520 nm. Consulte a tabela abaixo quanto às recomendações de polimerização. Sempre consulte a polimerização de uma única superfície oclusal. Em qualquer restauração posterior, a Kerr recomenda polimerizações com 10 segundos adicionais nas superfícies bucal e lingual do dente.

	Universal Opaque	Tonalidade Dark	Tonalidades Light, Medium e Bleach White
Profundidade incremental	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (ou lâmpada com saída de 650–1000 mW/cm²)	40 segundos	40 segundos	20 segundos
Demi™ Ultra/Demi™ Plus (ou lâmpada com saída de >1000 mW/cm²)	20 segundos	20 segundos	10 segundos

Para todas as outras lâmpadas, consulte as recomendações do fabricante.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Pontas Unidose: Não reutilize as pontas Unidose.
Pistolas de pasta Unidose: Consulte as instruções de reprocessamento do fabricante da pistola de ponta em uso.
Seringas de composto: Para evitar que as seringas sejam contaminadas com saliva ou outros fluidos corporais, use barreiras de proteção. Sempre manuseie a seringa com luvas limpas/desinfectadas. Não reutilize se estiver contaminado.
Recoloque a tampa na seringa após cada uso para evitar que a resina endureça na seringa.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE

O produto deve ser armazenado em temperatura entre 2°C e 28°C (36°F a 82°F). Se o produto for armazenado em um refrigerador, permita que ele atinja a temperatura ambiente antes do uso. Todo esforço deve ser feito para proteger o composto da luz visível antes do uso.

A data de validade está identificada na embalagem. Não use o material após a data de validade.

Para descarte apropriado siga sempre as leis federais e estaduais aplicáveis ao país.

A folha de dados de segurança (SDS) deste produto está disponível em: wwwkerndental.com. Ela também pode ser obtida junto ao seu fornecedor habitual.

GARANTIA LIMITADA — LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA KERR

As informações técnicas oferecidas pela Kerr, sejam verbais ou escritas, têm o objetivo de auxiliar os dentistas no uso dos produtos da Kerr. O dentista assume todo risco e responsabilidade por danos que possam ocorrer devido ao uso incorreto dos produtos da Kerr. No caso de um defeito de material ou fabricação, a responsabilidade da Kerr limita-se, mediante critério da própria Kerr, a substituir o produto defeituoso ou parte dele, ou reembolsar o custo real do produto defeituoso. Esta garantia limitada só é válida mediante a devolução do produto defeituoso para a Kerr. Em qualquer circunstância, a Kerr não será responsável por nenhum dano indireto, incidental ou resultante. EXCETO CONFORME OS TERMOS EXPRESSOS ACIMA, A KERR NÃO CONCEDE NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO-SE GARANTIAS RELACIONADAS À DESCRIÇÃO, QUALIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO.

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS

1. Dispositivo médico **2.** Limitações de temperatura de armazenamento: baixa 2°C/36°F e alta 28°C/82°F

CONTEÚDO

3. Ponta Unidose **4.** Seringa

A explicação completa dos símbolos usados nas embalagens da Kerr pode ser encontrada em **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

ro - ROMÂNĂ

OptiShade™

Compozit nanohibrid universal de restaurare
ISO 4049: material de restaurare pe bază de polimer, Clasa 2 / Grupul 1

INFORMAȚII GENERALE

OptiShade este un compozit dentar de restaurare nanohibrid fotopolimerizabil, pe bază de rășină, estetic, conceput pentru realizarea restaurărilor directe. Compozitul OptiShade este destinat utilizării după aplicarea unui strat de adeziv dentar, cum ar fi un produs din gama Kalo Kerr OptiBond™. OptiShade este disponibil în compule Unidose pentru compozite și sisteme de aplicare cu seringi.

Acest produs este destinat utilizării de către profesioniști din domeniul stomatologic în cazul unei populații generale de pacienți.

COMPOZIȚIA PRODUSULUI

Partea cu 100% aluminiu are o radiopacitate echivalentă cu cea a dentinei, iar partea cu 200% aluminiu este echivalentă cu cea a smaltului.

Compozitul de restaurare este disponibil în trei nuanțe de compozit (Light, Medium, Dark) și două nuanțe speciale (Bleach White și Universal Opaque). Toate nuanțele sunt radiopace cu aluminiu de circa 250%.

Umplutura sunt alcătuite dintr-o selecție de amestecuri de oxizi, umplutură polimerizată anterior, umplutură cu sticlă de bariu, dioxid de siliciu și trifluorură de ytterbiu infuzate chimic (circa 85,5% în funcție de greutate sau 65,1% în funcție de volum în cazul nuanțelor Light, Medium, Dark și Universal Opaque, circa 78,5% în funcție de greutate sau 60% în funcție de volum în cazul nuanței Bleach White). Umplutură anorganice sunt de până la 75% în funcție de greutate sau 55% în funcție de volum. Nuanțele Light, Medium, Dark și Universal Opaque au o dimensiune a particulelor de la 40 nm până la 6 microni. Nuanța Bleach White are o dimensiune a particulelor de la 40 nm până la 30 de microni. OptiShade conține rășini Bis-EMA, Bis-GMA și TEGDMA.
Nicunul dintre ingredientele din produs nu conține compuși farmacologic activi.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Compozitul dentar de restaurare nanohibrid OptiShade este destinat aplicării directe în toate clasele de cavități din măsele și dinți. Indicațiile suplimentare includ: repararea restaurărilor din porțelan/compozit și reconstituirea bonturilor.

CONTRAINDICAȚII

Nu se cunosc.

AVERTISMENTE

1. Nu utilizați acest produs în cazul pacienților cu alergii cunoscute la metacrilați. Rășina metacrilică nepolimerizată poate cauza dermatită de contact și poate deteriora pulpa dentară.
2. Evitați contactul cu pielea, ochii și țesuturile moi. În caz de contact, spălați bine cu apă.
3. În cazul ochilor, adresați-vă unui medic.
4. A nu se administra intern.

PRECAUȚII

Kerr recomandă următoarele măsuri de precauție în timpul utilizării compozitului OptiShade sau a altor materiale compozite:
- Furnizați pacientului ochelari de protecție.
- Utilizați o digă de cauciuc pentru a izola cavitatea orală.
- Evitați contaminarea cu lichide în timpul aplicării.
- Se recomandă insistent utilizarea de mănuși de protecție și a unei tehnici clinice „fără atingere". În cazul în care compozitul este atins cu mănuși obișnuite, acrilatul poate penetra mănușile. Eliminați mănușile imediat și spălați-vă pe mâini.
- Feriți materialul de surse de lumină ambiantă care pot declanșa polimerizarea.
- Pentru a preveni contaminarea încrucișată a pacienților, vârfurile Unidose sunt destinate UTILIZĂRII LA UN SINGUR PACIENT.

Kerr, OptiShade și Unidose sunt mărci comerciale deținute de Kerr Corporation.

REACȚII ADVERSE

Dacă survine un incident grav cu acest dispozitiv medical, semnalați-l producătorului și autorității competente din țara utilizatorului și/sau pacientului.

INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS

1. Purtați echipament individual de protecție când utilizați și manipulați acest produs.
2. Nu utilizați acest produs împreună cu produse care conțin eugenol.
3. Curățați dintele cu pudră din piatră ponce fără fluor și cu apă pentru a elimina orice reziduu sau pată care poate afecta potrivirea de selectare a nuanței. Selectați nuanța dorită pe baza diagramei prezentate mai jos. Puteți utiliza un model de compozit sau ghidul de nuanțe VITA™ pentru a verifica nuanța dintelui de reconstituit și și oricărui dinte adiacent. În multe cazuri, o singură nuanță de OptiShade va fi suficientă pentru reconstituirea dintelui. Nuanța materialului reconstruit/e depinde de grosimea compozitului. Nuanța selectată și modelele demonstrative trebuie să fie potrivite pentru grosimea dintelui de reconstituit:

Nuanțe de compozit	Echivalent în ghidul de nuanțe VITA
Light – LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium – MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark – DK	A3,5, A4, B3, B4, C3, C4
Nuanțe accesorii	
Bleach White – BW	Alb imaculat
Universal Opaque – UO	Acoperă decolorarea

4. După selectarea nuanței, izolați dintele prin metoda de izolare dorită.
5. Pregătiți dintele utilizând instrumentele rotative dorite și țipurile de preparare actuale. Compozitul OptiShade oferă o îmbinare excelentă (efect de cameleon) care poate fi îmbunătățită suplimentar prin bizotări mici pe marginile lucrării. Dacă înlocuiți o restaurare, asigurați-vă că eliminați toate materialele reconstructive existente din zona în care lucrați.
6. Dacă are loc o expunere a pulpei, aplicați o cantitate mică de hidroxid de calciu, după care aplicați o bază din ionomeri de sticlă convențională.
7. OptiShade este compatibil cu toate sistemele de adezive dentare pe bază de metacrilat, cum ar fi un produs din familia Kalo Kerr OptiBond. Finalizați procedura de legare conform instrucțiunilor producătorului.
8. Dacă doriți, puteți să aplicați un liner utilizând un compozit fluid de vâscozitate redusă și puteți să fotopolimerizați conform instrucțiunilor producătorului.
9. În situații de decolorare a structurii dintelui sau de reparare a porțelanului/compozitului, nuanța Universal Opaque poate fi utilizată pentru a acoperi decolorarea sau pentru a ascunde o porțiune metalică, dacă acesta există.
10. OptiShade oferă o manipulare optimă, non-aderentă. Permite utilizarea instrumentelor de mână pentru definirea majorității anatomiei restaurării, fapt care va minimaliza durata și efortul necesar în cazul instrumentelor rotative.
Pentru aplicarea din vârfuri Unidose: injectați compozitul din vârful Unidose direct în carie, începând cu partea cea mai adâncă.
Pentru aplicarea din seringă: după extrudarea materialului pe un suport, rotiți pistonul seringii în sens invers cel puțin două rotații complete, pentru a reduce presiunea asupra materialului.
11. Aplicați straturi de compozit cu o grosime de până la 2 mm pentru fiecare strat în cazul tuturor nuanțelor cu excepția Universal Opaque și cu o grosime de până la 1,5 mm pentru fiecare strat în cazul nuanței Universal Opaque, având grijă să adaptați corect materialul la suprafața cavității.
12. Polimerizați fiecare strat*. Pentru informații privind durata de polimerizare a diverselor nuanțe la diferite intensități de lumină, consultați tabelul de la sfârșitul instrucțiunilor.
13. Ajustați ocluzia după cum este necesar. Încheiați finisarea și lustruirea folosind sistemul de lustruire preferat.

***DURATELE DE POLIMERIZARE RECOMANDATE**

Polimerizarea corespunzătoare este esențială pentru calitatea restaurării. Materialele compozite nepolimerizate sau polimerizate insuficient prezintă o probabilitate mult mai mare de eșec clinic. Kerr recomandă inspectarea regulată a surselor de lumină utilizate pentru polimerizare, cu scopul de a vă asigura că funcționează corect și furnizează radiația așteptată.
Materialul OptiShade este destinat polimerizării cu lampă cu bec halogen sau led, cu o intensitate minimă de 650 mW/cm² și o lungime de undă de ieșire cuprinsă în intervalul de 400–520 nm. Consultați tabelul de mai jos pentru recomandări privind polimerizarea. Toate duratele se referă la polimerizarea unei singure suprafețe ocluzale. În cazul oricăror restaurări posterioare, Kerr recomandă prelungirea polimerizărilor cu 10 secunde atât pe suprafața bucală, cât și pe cea linguală a dintelui.

	Universal Opaque	Nuanța Dark	Nuanțele Light, Medium și Bleach White
Adâncime treptată	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (sau o sursă de lumină de 650–1000 mW/cm²)	40 de secunde	40 de secunde	20 de secunde
Demi™ Ultra / Demi™ Plus (sau o sursă de lumină > 1000 mW/cm²)	20 de secunde	20 de secunde	10 secunde

Pentru toate celelalte tipuri de lămpi, consultați recomandarea producătorului.

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA

Vârfuri Unidose: nu reutilizați vârfurile Unidose.
Pistoale cu vârf Unidose: consultați instrucțiunile privind prelucrarea furnizate de producătorul pistolului cu vârf pe care îl utilizați.
Seringi cu compozit: Pentru a preveni contaminarea seringilor cu salivă sau alte fluide corporale, folosiți materiale de protecție. Manipulați întotdeauna seringa cu mănuși curate/dezinfectate. A nu se reutiliza dacă devin contaminate.
Înlocuiți capacul seringii după fiecare utilizare pentru a împiedica întărirea rășinii în seringă.

DEPOZITAREA ȘI ELIMINAREA

Produsul trebuie depozitat la temperaturi cuprinse între 2°C și 28°C (36°F și 82°F). Dacă produsul este păstrat într-un frigider, lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare. Înainte de utilizare, trebuie să luați toate măsurile necesare pentru a feri compozitul de lumina din spectrul vizibil.

Data expirării este indicată pe ambalaj. Nu utilizați materialul de restaurare după data expirării.

Pentru scoaterea din uz corectă a produsului, respectați întotdeauna legile federale sau statale aplicabile în țara respectivă.

Fișa cu date de securitate pentru acest produs este disponibilă la: wwwkerndental.com. Poate fi obținută și de la furnizorul dvs. obișnuit.

GARANȚIE LIMITATĂ – LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII COMPANIEI KERR

Recomandările tehnice oferite de compania Kerr, verbale sau scrise, au scopul de a oferi asistență stomatologilor în utilizarea produselor Kerr. Stomatologul își asumă toate riscurile și responsabilitățile pentru daunele care rezultă în urma utilizării incorecte a produselor Kerr. În cazul unui defect de material sau de fabricație, răspunderea companiei Kerr este limitată, la alegerea sa, la înlocuirea produsului defect sau a părții defecte a acestuia ori la rambursarea costului efectiv al produsului defect. Pentru a beneficia de această garanție limitată, produsul defect trebuie returnat la Kerr. Compania Kerr nu poate fi trasă la răspundere în nicio situație pentru niciun fel de daune indirecte, accidentale sau subsidiare. CU EXCEPȚIA PREVEDERILOR EXPRESE DE MAI SUS, KERR NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA DESCRIEREA, CALITATEA SAU ADECVAREA PRODUSULUI PENTRU UN ANUMIT SCOP.

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

1. Dispozitiv medical **2.** Limite privind temperatura de depozitare: minimum 2°C/36°F și maximum 28°C/82°F

CONȚINUT

3. Vârf Unidose **4.** Seringă

Explicațiile complete ale simbolurilor folosite pe ambalajele Kerr se află la **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

ru - РУССКИЙ

OptiShade™

Универсальный наногибридный реставрационный композитный материал
ISO 4049: материалы полимерные реставрационные, класс 2/группа 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

OptiShade является светоотверждаемым эстетическим синтетическим наногибридным реставрационным материалом для зубов, который предназначен для осуществления прямой реставрации. Материал OptiShade предназначен для использования после нанесения адгезива, например продукта из линейки OptiBond™ KaVo Kerr. Материал OptiShade предлагается в компульах с композитом Unidose и шприцевых системах подачи.

Это изделие предназначено для использования квалифицированными стоматологами для общей популяции пациентов.

СОСТАВ ПРОДУКТА

100% алюминий имеет рентгеноконтрастность, эквивалентную рентгеноконтрастности дентина, а 200% алюминий соответствует эмали.

Этот реставрационный материал доступен в трех оттенках композита (Light, Medium, Dark) и в двух специальных оттенках (Bleach White и Universal Opaque). Все оттенки являются рентгеноконтрастными, содержат примерно 250% алюминия.

Наполнители представляют собой набор химически связанных смешанных оксидов, предварительно полимеризованный наполнитель, наполнитель из бариевого стекла, кремний и трифторид иттербия (около 81,5% по массе или 65,1% по объему для оттенков Light, Medium, Dark и Universal Opaque, около 78,5% по массе или 60% по объему для оттенка Bleach White). Объем неорганических наполнителей составляет до 75% по весу или 55% по объему. Для оттенков Light, Medium, Dark и Universal Opaque диапазон размеров частиц составляет от 40 нм до 6 микрон. Для оттенка Bleach White диапазон размеров частиц составляет от 40 нм до 30 микрон. OptiShade содержит смолы Bis-EMA, Bis-GMA и TEGDMA.
Ни один из ингредиентов не содержит фармакологически активных компонентов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Наногибридный реставрационный материал OptiShade предназначен для прямого нанесения в полости всех классов на фронтальных и жевательных зубах. Дополнительные возможности применения: восстановление фарфоровых/композитных реставраций и наращивание культи зуба.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Неизвестны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Запрещается использовать данный продукт для пациентов с установленной аллергией на метакрилат. Незатвердевший метакрилат может стать причиной контактного дерматита и повреждения пульпы.
2. Не допускайте контакта с кожей, глазами и мягкими тканями. Тщательно промойте их водой после контакта.
3. При попадании в глаза обратитесь к окулисту.
4. Не глотать!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Компания Kerr рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности при использовании материала OptiShade или любого другого композитного материала:
- Обеспечьте пациента средствами защиты глаз.
- Изолируйте ротовую полость с помощью раббердама.
- Избегайте попадания воды в процессе нанесения.
- Настоятельно рекомендуется использовать защитные перчатки и применять бесконтактную технику лечения. В случае контакта композита с поверхностью перчаток обычного типа акрилат может проникнуть сквозь перчатку. Если это произошло, немедленно выбросьте перчатку и вымойте руки.
- Предотвращайте попадание на материал окружающего света, который может преждевременно полимеризовать.
- Наконечники Unidose можно использовать ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОГО ПАЦИЕНТА, чтобы предотвратить перекрестное заражение.

Kerr, OptiShade и Unidose являются товарными знаками Kerr Corporation.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

В случае серьезного инцидента с данным медицинским изделием сообщите о нем производителю и компетентному органу здравоохранения страны пользователя и/или пациента.

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Используйте средства индивидуальной защиты при работе с этим продуктом и при обращении с ним.
2. Не используйте этот продукт рядом с продуктами, содержащими эвгенол.
3. Очистите зуб пемзой без фтора и водой для удаления зубного налета или пятен, которые могут помешать выбору оттенка.
Выберите нужный оттенок на основании приводимой ниже таблицы. Для проверки цвета восстанавливаемого зуба и любых ближних зубов можно воспользоваться моделированием композита или шкалой оттенков, соответствующей шкале VITA*. Во многих случаях для восстановления зуба будет достаточно одного оттенка материала OptiShade. На оттенок реставрационного материала влияет толщина композита. Выбор оттенка и макета необходимо выполнять в соответствии с толщиной восстанавливаемого зуба:

Оттенки композита	Эквивалент градуировочной шкалы VITA
Light — LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium — MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark — DK	A3,5, A4, B3, B4, C3, C4
Вспомогательные оттенки	
Bleach White — BW	Белоснежный
Universal Opaque — UO	Блокировка изменения цвета

4. После выбора оттенка изолируйте зуб предпочитаемым способом.
5. Подготовьте зуб с использованием предпочитаемого вращающегося стоматологического инструмента и современных инструментов. Материал OptiShade отлично сочетается с окружающими тканями (эффект хамелеона), что можно дополнительно улучшить путем создания небольших сколов на краях подготовленной поверхности. Если выполняется замена реставрации, убедитесь, что весь существующий реставрационный материал удален из области операции.
6. Если произошло вскрытие пульпы, поместите небольшой объем гидроксида кальция, после чего нанесите стандартную стеклоиономерную базу.
7. Материал OptiShade совместим со всеми адгезивными системами для зубов на основе метакрилата, например продуктов из линейки OptiBond KaVo Kerr. Завершите процедуру цементирования в соответствии с инструкциями производителя.
8. При необходимости нанесите основу с использованием низковязкого жидкого композита и отвердите ее светом, следуя инструкциям производителя.
9. В ситуациях обесцвечивания структуры зуба или восстановления фарфоровых/композитных реставраций оттенок Universal Opaque может использоваться для блокирования обесцвечивания или скрытия металлической части в случае ее наличия.
10. Материал OptiShade обладает оптимальной, нелипкой консистенцией. Он позволяет использовать ручные инструменты для создания анатомической формы реставрации, снижая время и усилия, необходимые для использования вращающихся инструментов.
Подача с помощью Unidose: введите композитный материал из наконечника Unidose непосредственно в полость, начиная с наиболее глубокого места.
Подача с помощью шприца: после выдавливания материала на бумагу для замешивания и отведите поршень шприца назад как минимум на два полных оборота для прекращения давления на материал.
11. Наносите слои композита, следя за тем, чтобы толщина каждого слоя не превышала 2 мм для всех оттенков, кроме Universal Opaque. Толщина каждого слоя оттенка Universal Opaque не должна превышать 1,5 мм. Следите за надлежащей подгонкой материала к поверхности полости.
12. Отверждение каждый слой*. Для получения информации о рекомендуемом времени отверждения для различных оттенков при различных интенсивностях освещения см. таблицу в конце данной инструкции.
13. Сформируйте прикус требуемым образом. Выполните финишную обработку и полировку полировочной системой на ваш выбор.

***РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ**

Надлежащее отверждение является неотъемлемым требованием для эксплуатации реставрации. Неотвержденные или не до конца отвержденные композитные материалы гораздо чаще могут приводить к различным клиническим неудачам. Kerr рекомендует проводить регулярные проверки источников излучения, чтобы гарантировать их правильную работу и обеспечение надлежащей интенсивности облучения.
Материал OptiShade предназначен для отверждения светом галогенной или светодиодной лампы с минимальной мощностью 650 мВт/см² и длиной волны в диапазоне 400–520 нм. Для получения рекомендаций по отверждению см. таблицу ниже. Все значения времени приведены для отверждения одной окклюзионной поверхности. В случае реставрации жевательных зубов Kerr рекомендует добавлять по 10 секунд для щечной и язычной поверхностей зуба.

	Universal Opaque	Оттенок Dark	Оттенки Light, Medium и Bleach White
Глубина наращивания	1,5 мм	2,0 мм	2,0 мм
Optilux™ (или фотополимеризатор выходной мощностью 650–1000 мВт/см²)	40 секунд	40 секунд	20 секунд
Demi™ Ultra / Demi™ Plus (или фотополимеризатор выходной мощностью >1000 мВт/см²)	20 секунд	20 секунд	10 секунд

Для всех других ламп см. рекомендации производителя.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Наконечники Unidose: не используйте повторно наконечники Unidose.
Пистолеты с наконечником Unidose См. инструкции по переработке, предоставляемые изготовителем используемого пистолета с наконечником.
Шприцы с композитом Чтобы предотвратить загрязнение шприцев слюной или другими биологическими жидкостями организма, используйте барьерную защиту. Всегда работайте со шприцем, используя чистые/дезинфицированные перчатки. Не используйте повторно в случае загрязнения. Надевайте колпачок на шприц после каждого использования, чтобы предотвратить затвердевание полимера в шприце.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Продукт следует хранить при температуре от 2°C до 28°C (от 36°F до 82°F). Если продукт хранится в холодильнике, перед применением его необходимо нагреть до комнатной температуры. Перед использованием материала обеспечить все меры по защите композита от видимого света.

Срок годности указан на упаковке. Не используйте реставрационный материал после истечения срока годности.

Всегда соблюдайте федеральные или государственные законы своей страны по надлежащей утилизации.

Паспорт безопасности (SDS) для продукта доступен на сайте www.kerrdental.com. Его также можно получить у местного поставщика.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ — ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ KERR

Технические рекомендации Kerr как в устной, так и в письменной форме предназначены для помощи стоматологам в использовании продуктов Kerr. Стоматолог принимает на себя весь риск и ответственность за ущерб, возникающие вследствие неправильного использования продукта компании Kerr. В случае обнаружения дефекта материала или изготовления ответственность компании Kerr ограничивается, по усмотрению компании Kerr, заменой дефектного продукта или его части или возмещением фактической стоимости дефектного продукта. Чтобы воспользоваться этой ограниченной гарантией, следует вернуть дефектный продукт в Kerr. Kerr ни в коем случае не несет ответственности за любой косвенный, случайный или опосредованный ущерб. ЕСЛИ ВЫШЕ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, КОМПАНИЯ KERR НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, НИ ЯВНЫХ, НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ОПИСАНИЯ, КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

1. Медицинское изделие **2.** Пределы температуры при хранении: Нижний: 2°C/36°F; верхний: 28°C/82°F

СОДЕРЖАНИЕ

3. Наконечник Unidose **4.** Шприц

Полное объяснение символов, используемых на упаковке Kerr, доступно по адресу
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

sr - SRPSKI

OptiShade™

Nanohibridni univerzalni restaurativni kompozit
ISO 4049: Materijal za restauraciju na bazi polimera, klasa 2/grupa 1

OPŠTE INFORMACIJE

OptiShade je estetski nanohibridni dentalni ispun koji se polimerizuje svetlom, a namenjen je za postavljanje u slučajevima direktne restauracije. OptiShade ispun je predviđen za upotrebu nakon postavljanja dentalnog adheziva, kao što je neki proizvod iz asortimana Kalo Kerr OptiBond™. OptiShade ispun je dostupan u okviru sistema za nanošenje putem Unidose kompozitnih kompula i putem šprica.

Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu od strane kvalifikovanih stomatologa na opštoj populaciji pacijenata.

SASTAV PROIZVODA

100% aluminijum ima radiološku neprozirnost istu kao dentin, a 200% aluminijum je ekvivalentan gleđi.

Ispun je dostupan u tri nijanse kompozita (Light, Medium, Dark) i dve posebne nijanse (Bleach White i Universal Opaque). Sve nijanse su radiološki neprozirne uz oko 250% aluminijuma.

Ispuni se sastoje od hemijski pomešanih oksida, prepolimerizovanog ispuna, ispuna sa barijumskim staklom, silicijum dioksida i iterbijum trifluorida (oko 81,5% prema težini ili 65,1% prema zapremini za nijanse Light, Medium, Dark i Universal Opaque, oko 78,5% prema težini ili 60% prema zapremini za nijansu Bleach White). Neorganski ispuni zauzima do 75% prema težini ili 55% prema zapremini. Nijanse Light, Medium, Dark i Universal Opaque imaju opseg veličina čestica od 40 nm do 6 mikrona. Nijansa Bleach White ima opseg veličina čestica od 40 nm do 30 mikrona.
OptiShade sadrži smole Bis-EMA, Bis-GMA i TEGDMA.
Nijedan od sastojaka u ovom proizvodu ne sadrži farmakološki aktivne supstance.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Nanohibridni dentalni ispun OptiShade je indikovan za direktno postavljanje u sve klase kaviteta na prednjim i zadnjim zubima. Dodatne indikacije uključuju: popravku porcelanskih/kompozitnih restauracija i nadgradnju zubne supstance.

KONTRAINDIKACIJE

Nema poznatih.

UPOZORENJA

1. Nemojte da koristite ovaj proizvod na pacijentima sa poznatim alergijama na metakrilate. Nepolimerizovana metakrilatna smola može izazvati kontaktni dermatitis i oštetiti pulpu.
2. Izbegavajte dodir sa kožom, očima i mekim tkivom. Temeljno isperite vodom ukoliko dođe do dodira sa proizvodom.
3. Potražite medicinsku pomoć za oči.
4. Nije za unutrašnju upotrebu.

MERE OPREZA

Kompanija Kerr preporučuje da se prate sledeće mere predostrožnosti kada se koriste OptiShade ili bilo koji drugi kompozitni materijal:
- Obezbedite pacijentu zaštitu za oči.
- Koristite koferdam za izolovanje usne duplje.
- Izbegavajte kontaminaciju tečnostima tokom postavljanja.
- Koristite zaštitne rukavice, a izričito se preporučuje korišćenje kliničke tehnike bez dodirivanja. Ako dodirnete kompozit rukavicama koje se obično koriste, akrilat može da prođe u rukavicu. Odmah odbacite rukavicu u otpad i operite ruke.
- Zaštitite materijal od svetla u okruženju koje bi moglo da pokrene polimerizaciju.
- Unidose vrhovi su predviđeni ZA UPOTREBU SAMO NA JEDNOM PACIJENTU kako bi se sprečila unakrsna kontaminacija između pacijenata.

Kerr, OptiShade i Unidose su žigovi u vlasništvu kompanije Kerr Corporation.

NEŽELJENI DOGAĐAJI

Ako dođe do ozbiljnog incidenta povezanog sa ovim medicinskim sredstvom, prijavite ga proizvođaču i nadležnom organu za zemlju u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.

POSTUPNO UPUTSTVO

1. Nosite ličnu zaštitnu opremu kada koristite ovaj proizvod i rukujete njime.
2. Nemojte da koristite ovaj proizvod u blizini proizvoda koji sadrže eugenol.
3. Očistite zub korišteni neflourisani pliovučac i vodu da biste uklonili sve mrlje i ostatke koji bi mogli da ometu proces izbora nijanse.
Odaberite željenu nijansu na osnovu grafikona navedenog u nastavku. Možete da upotrebite kompozitni model ili ključ za određivanje nijanse po VITA* sistemu za boje prilagođen za upotrebu. Za mnoge slučajeve bili bi dovoljna za restauraciju zuba. Na nijansu materijala za restauraciju utiče debljina kompozita. Opcije za nijanse i modeli moraju da se podudaraju sa debljinom zuba koji se restaurira:

Nijanse kompozita	Ekvivalent ključa za određivanje nijanse po VITA sistemu
Light – LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium – MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark – DK	A3,5, A4, B3, B4, C3, C4
Dodatne nijanse	
Bleach White – BW	Blistavo bela
Universal Opaque – UO	Blokiranje promene boje

4. Nakon izbora nijanse, izolujte zub preferiranom metodom izolovanja.
5. Pripremite zub koristeći rotirajuće elemente po izboru i savremene dizajne preparacija. OptiShade omogućava izuzetno uklapanje boje (efekat kameleona), koji može dodatno da se unapredi upotrebom malih ivica na ivicama preparata. Ako se zamenjuje restauracija, uverite se da ste uklonili sav postojeći materijal za restauraciju sa radne površine.
6. Ako je došlo do otkapanja pulpe, postavite malu količinu kalcijum hidroksida, a zatim i klasičnu bazu od glas-jonomera.
7. OptiShade je kompatibilan sa svim metakrilatnim adhezivnim sistemima kao što su proizvodi iz asortimana Kalo Kerr OptiBond. Dovršite proceduru vezivanja u skladu sa uputstvima proizvođača.
8. Ako želite, postavite podlogu od tečnog kompozita malog viskoziteta i polimerizujte svetlom u skladu sa uputstvima proizvođača.
9. U slučajevima promene boje zubne strukture ili popravke porcelanskih/kompozitnih restauracija, može se koristiti nijansa Universal Opaque za blokiranje promene boje ili sakrivanje metalnog dela ako postoji.
10. OptiShade ispunom se rukuje optimalno, bez lepljenja. On omogućava upotrebu ručnih instrumenata za definisanje većeg dela anatomije za restauraciju, čime se dodatno smanjuju vreme i trud povezani sa rotirajućim instrumentima.
Primena putem Unidose-a: Ubrizgajte materijal sa Unidose vrha direktno u šupljinu, počevši od najdubljeg dela.
Primena pomoću šprica: Nakon izbacivanja materijala na ploču, povucite špric bar za dva puna okreta kako biste smanjili pritisak na materijal.
11. Nanesite slojeve kompozita debljine do 2 mm za sve nijanse osim Universal Opaque i do 1,5 mm debljine za nijansu Universal Opaque, vodeći računa da pravilno prilagodite materijal površini kaviteta.
12. Polimerizujte svaki sloj*. Pogledajte tabelu na kraju ovih uputstava da biste videli preporučena vremena za svrsishodnje različitih nijansi pri različitim intenzitetima svetla.
13. Podesite okluziju prema potrebi. Obavite završnu obradu i poliranje upotrebom željenog sistema za poliranje.

***PREPORUČENA VREMENA STVRDNJAVANJA**

Adekvatno stvrdnjavanje je najbitnije za funkcionisanje restauracije. Kod kompozitnog materijala koji se nije uopšte stvrdnuo ili se nije stvrdnuo u potpunosti je znatno veća verovatnoća da će ispoljiti neku vrstu kliničkog neuspeha. Kompanija Kerr preporučuje da redovno proveravate lampe za stvrdnjavanje kako biste se uverili da funkcionišu ispravno i obezbeđuju očekivano zračenje.
OptiShade ispun je predviđen za stvrdnjavanje halogenim ili LED lampama uz minimalni intenzitet svetla od 650 mW/cm² i dužinu talasnih svetlosnih talasa u opsegu 400–520 nm. U tabeli u nastavku potražite preporuke za stvrdnjavanje. Sva vremena se odnose na jednu okluzalnu površinu. Kod posterirne restauracija, kompanija Kerr preporučuje dodatnih 10 sekundi stvrdnjavanja i na bukalnoj i na lingvalnoj površini zuba.

	Universal Opaque	Nijansa Dark	Nijanse Light, Medium i Bleach White
Inkrementalna dubina	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (ili lampa sa izlaznom vrednošću 650–1000 mW/cm²)	40 sekundi	40 sekundi	20 sekundi
Demi™ Ultra / Demi™ Plus (ili lampa sa izlaznom vrednošću >1000 mW

7. Materiál OptiShade je kompatibilní se všetkými metakrylátovými dentálnymi adhezívnymi systémami, ako je napríklad výrobok z línie Kavo Kerr OptiBond. Proces lepenia dokončite podľa pokynov výrobcu.
8. Ak je to žiaduce, aplikujte vložku za použitia tekutého kompozitu nízkej viskozity a vytvrdzujte svetlom podľa pokynov výrobcu.
9. V prípade zmeny farby zubnej štruktúry alebo opravy porcelánu/kompozitu sa môže použiť odtieň Universal Opaque na blokovanie zafarbenia alebo zakrytie kovovej časti, ak existuje.
10. Materiál OptiShade umožňuje ideálnu nelepkavú manipuláciu. Dovoľuje použitie ručných nástrojov na tvarovanie väčšiny stavby výplne, čím napomáha minimalizovať čas a úsilie spojené s použitím rotačných nástrojov. Aplikácia Undisee: Štetkrihe kompozitný materiál z hrotu Undisee priamo do kavity. Začnite v najhlbšej časti.
Aplikácia striekačkou: Po vytlačení materiálu na podložku vtiahnite striekačku späť asponň o dve spiné otáčky, aby sa uvoľnil tlak na materiál.
11. Naneste kompozitné vrstvy do hrúbky 2 mm v každej vrstve v prípade všetkých odtieňov okrem Universal Opaque a do hrúbky 1,5 mm v každej vrstve v prípade odtieňa Universal Opaque. Dbajte na to, aby ste materiál správne prispôsobili povrchu kavity.
12. Každú vrstvu vytvrďte*. Odporúčané časy vytvrdzovania pre rôzne odtiene pri rôznych intenzitách svetla nájdete v tabuľke na konci tohto návodu.
13. Podľa potreby upravte oklúziu. Dohotovte konečný povrch a leštenie leštiacim systémom podľa vlastného výberu.

*ODPORÚČANÉ ČASY VYTVRDZOVANIA

Pre správnu funkčnosť výplňového materiálu je veľmi dôležité správne vytvrdenie. Pri nevytvrdenom alebo nedostatočne vytvrdenom kompozitnom materiáli je podstatne vyššia pravdepodobnosť, že dôjde ku klinickému zlyhaniu. Spoločnosť Kerr odporúča pravidelne kontrolovať vytvrdzovaciu lampu, aby ste zabezpečili ich správnu funkčnosť a očakávané vyžarovanie svetla.
Materiál OptiShade je určený na vytvrdzovanie halogénovou alebo LED lampou s minimálnou intenzitou 650 mW/cm² a výstupnou vlnovou dĺžkou svetla v rozmedzí 400 – 500 nm. Odporúčania k vytvrdzovaniu nájdete v tabuľke nižšie. Všetky časy sa vzťahujú na vytvrdzovanie jedného okluzálneho povrchu. V prípade zadnej výplne odporúča spoločnosť Kerr pridať dalších 10 sekúnd vytvrdzovania na bukálnom aj lingválnom povrchu zuba.

	Universal Opaque	Odtieň Dark	Odtiene Light, Medium a Bleach White
Hrúbka jednotlivých vrstiev	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (alebo lampa s výkonom 650 – 1000 mW/cm²)	40 sekúnd	40 sekúnd	20 sekúnd
Demi™ Ultra/Demi™ Plus (alebo lampa s výkonom > 1000 mW/cm²)	20 sekúnd	20 sekúnd	10 sekúnd

Pri všetkých ostatných lampách postupujte podľa odporúčania výrobcu.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Hroty Unidose: Hroty Unidose nepoužívajte opakovane.
Pištole na hroty Unidose: Riaďte sa pokynmi na opakované spracovanie od výrobcu pištole, ktorú používate.
Striekačky s kompozitom: Používajte ochranné bariéry, aby nedošlo ku kontaminácii striekačiek silnými alebo injekčnými tekutinami. So striekačkami vždy nakladajte v čistých/dezinfikovaných rukaviciach. Ak dôjde ku kontaminácii produktu, nepoužívajte ho znovu.
Po každom použití na striekačku opäť nasaďte uzáver, aby v ňej živica nezatvrdla.

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA

Produkt skladujte pri teplote 2 °C až 28 °C (36 °F až 82 °F). Ak produkt skladujete v chladničke, pred použitím ho nechajte zohriať sa na izbovú teplotu. Kompozitný materiál pred použitím dôkladne chráňte pred viditeľným svetlom.

Dátum exspirácie je vyznačený na obale. Nepoužívajte výplňový materiál po dátume exspirácie.

Pri likvidácii postupujte vždy podľa zákonov danej krajiny.

KBÚ tohto produktu je dostupná na adrese: www.kerrdental.com. Môže vám ju tiež poskytnúť váš obvyklý dodávateľ.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA – OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI KERR

Technické poradenstvo spoločnosti Kerr, či už písomné, alebo ústne, je určené na pomoc stomatológom pri používaní výrobkov spoločnosti Kerr. Stomatológ na seba preberá všetky riziká a zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným používaním produktu spoločnosti Kerr. V prípade chyby materiálu alebo vyrobnej chyby a zodpovednosť spoločnosti Kerr obmedzená, podľa uváženia spoločnosti Kerr, na náhradu chybného produktu alebo jeho časti alebo na náhradu skutočnej ceny chybného produktu. Podmienkou využitia tejto obmedzenej záruky je vrátenie chybného produktu spoločnosti Kerr. Spoločnosť Kerr v žiadnom prípade nebude zodpovedná za žiadne nepriame, náhodné ani následné škody. S VYNÍMKOU TÝCHTO, AKO JE VÝSLOVNE UVEDENÉ VYŠŠIE, SPOLOČNOSŤ KERR NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, ČI UŽ VYSLOVNÉ, ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE ZÁRUK V SÚVISLOSTI S POPISOM, KVALITOU ALEBO VHODNOSŤOU NA KONKRÉTNY ÚČEL.

POPIS SYMBOLOV

1. Zdravotnícka pomôcka **2.** Hranice skladovacej teploty: spodná 2 °C/36 °F a horná 28 °C/82 °F

OBSAH

3. Hrot Unidose **4.** Striekačka

Úplné vysvetlenie symbolov použitých na obaloch značky Kerr sa nachádza na adrese **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**.

sl - SLOVENŠČINA

OptiShade™

Nanohibridni univerzalni kompozit za restavracije
ISO 4049: Restavrativni material na podlagi polimera, razred 2/skupina 1

SPLOŠNE INFORMACIJE

OptiShade je nanohibridni zobni material za estetske restavracije s svetlobnim strjevanjem na osnovi smol, namenjen neposrednim restavracijam. Izdelek OptiShade je zasnovan za uporabo po namestitvi zobnega adheziva, na primer izdelka iz družine KaVo Kerr OptiBond™. Izdelek OptiShade je na voljo v kompozitnih vsebinkih Unidose in sistemih za nanos z brizgo.

Ta izdelek je namenjen usposobljenim zobozdravnikom za uporabo pri splošni populaciji bolnikov.

SESTAVA IZDELKA

100-% aluminij ima enako radiocepnost kot dentin, 200-% aluminij pa enako kot steklena.

Restravrativni material je na voljo v treh kompozitnih odtenkih (Light, Medium, Dark) in dveh posebnih odtenkih (Bleach White in Universal Opaque). Vsi odtenki so radiocepčni s približno 250 % aluminija.

Polnilo je narejeno iz kemično infundiranih mešanih oksidov, vnapej polimeriziranega polnila, polnila iz barijevega stekla, silicijevega dioksida in ytterbijevega trifluorida (približno 81,5 % po masi ali 65,1 % po prostornini za odtenke Light, Medium, Dark in Universal Opaque, približno 78,5 % po masi ali 60 % po prostornini za odtenek Bleach White). Skupni delež anorganskega polnila je do 75 % po masi in do 55 % po prostornini. Odtenki Light, Medium, Dark in Universal Opaque imajo razpon velikosti delcev od 40 nm do 3 mikronov. Odtenek Bleach White ima razpon velikosti delcev od 40 nm do 30 mikronov. Izdelek OptiShade vsebuje smole bis-EMA, bis-GMA in TEGDMA.
Sestavine izdelka ne vsebujejo farmakološko aktivnih spojin.

INDIKACIJE ZA UPORABO

OptiShade je nanohibridni zobni restavracijski material, ki je indiciran za neposredno postavitev v vse razrede kavitet v anteriornih in posteriornih zobeh. Dodatne indikacije vključujejo: popravilo porcelanskih/kompozitnih restavracij in degradirlerje jedra.

KONTRAINDIKACIJE

Niso znane.

OPOZORILA

1. Tega izdelka ne uporabljajte pri bolnikih z znano alergijo na metakrilat. Nestrjena metakrilna smola lahko povzroči kontaktni dermatitis in alergijske reakcije ter poškoduje zobno pulpo.
2. Uničljivate se stiku s kožo, očmi in mehkim tkivom. Po stiku temeljito izperite z vodo.
3. Poiščite zdravniško pomoč za oči.
4. Ne zaužite.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Družba Kerr priporoča naslednje previdnostne ukrepe pri uporabi izdelka OptiShade ali drugih kompozitnih materialov:

- Bolniku oči zaščitite z zaščitnimi očali.
- Uporabite gumijasto opno za izolacijo ustne votline.
- Med postavljanjem preprečite kontaminacijo tekočin.
- Priporočamo tudi uporabo zaščitnih rokavic in kliničnе tehnike brez dotikanja. Če se kompozita dotaknete z občajnimi rokavicami, lahko akrilat prehaja skozenje. Takoj odstranite rokavico in si umijte roke.
- Zaščitite material pred svetlobo iz okolice, ki bi lahko sprožila polimerizacijo.
- Konice Unidose so namenjene za uporabo pri ENEM SAMEM BOLNIKU, da se prepreči navkrižna kontaminacija med bolniki.

Kerr, OptiShade in Unidose so blagovne znamke v lasti družbe Kerr Corporation.

NEŽELENI UČINKI

Če med uporabo medicinskega pripomočka pride do neželenih učinkov, se posvetujte proizvajalcu in pristojnemu organu v državi, v kateri je uporabnik in/ali bolnik.

NAVODILA PO KORAKIH

1. Pri uporabi in delu s tem izdelkom uporabljajte osebno zaščitno opremo.
2. Tega izdelka ne uporabljajte v bližini izdelkov, ki vsebujejo eugenol.
3. Očistite zob z nefluoriranim plovcem in vodo, da odstranite ostanke ali madeže, ki lahko oviraju postopek izbire odtenka.
Izberite želeni odtenek na podlagi spodnje preglednice. Uporabite lahko kompozitni vzorec ali vodnik po odtenkih, ki je skladen z odtenki VITA*, da preverite barvo zoba, ki ga obnavljate, in sosednjih zob. V veliko primerih je za restavracijo zoba dovolj že en odtenek izdelka OptiShade. Debelina kompozita vpliva na odtenek restavracijskega materiala. Izbira odtenka in makete morajo ustrezati debelini zoba, ki ga restavrirate:

Kompozitni odtenki	Ekvivalent vodnika po odtenkih VITA
Light – LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium – MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark – DK	A3,5, A4, B3, B4, C3, C4
Pomožni odtenki	
Bleach White – BW	Beljeno bela
Universal Opaque – UO	Prepričevanje razbarvanja

4. Po izboru odtenka izolirajte zob z ustrezno izolacijsko metodo.
5. Pripravite zob z ustreznimi vrtljivimi instrumenti in sodobnimi tehnikami priprave kavitete. Izdelek OptiShade ima odlične lastnosti barvenja (učinek kameleona), ki ga lahko še izboljšate z majhnim posnetim robom na robovih preparacije. Za zamejujete restavracijo, z mesta posega odstranite obstoječi restavracijski material.
6. Če je izpostavljena pulpa, namestite malce kalcijevega hidroksida, nato pa namestite običajno osnovo iz steklenih ionomerov.
7. OptiShade je združljiv z vsemi metakrilatnimi zobozdravstvenimi lepilnimi sistemi, kot je izdelek iz družine KaVo Kerr OptiBond. Zaključite postopek vezave po navodilih proizvajalca.
8. Po potrebi namestite obloge s tekočim kompozitom z nizko viskoznostjo in s svetlobo strditе po navodilih proizvajalca.
9. V primeru barvanja zobne strukture ali popravljanja porcelana/kompozita lahko z odtenkom Universal Opaque blokiramo razbarvanje ali skrijemo kovinski del, če obstaja.
10. Izdelek OptiShade omogoča optimalno delo brez sprijemanja. Omogoča uporabo ročnih instrumentov za definiranje večine anatomije restavracije, s čimer zmanjša porabo časa in truda, ki ga zahtevajo vrtljivi instrumenti.
Za dovajanje Undisee: Vbrizgajte kompozitni material iz konice Undisee neposrednо v kaviteto, začenši z najglobljim delom.
Za dovajanje z brizgo: Ko ekstrudirate material na ploščico, brizgo obrnite vsaj za dva obrata nazaj, da sprostite tlak na materialu.
11. Nanesite kompozitne sloje debeline do 2 mm za vse odtenke, razen Universal Opaque, in do 1,5 mm debele sloje odtenka Universal Opaque, pri čemer pazite, da material pravilno prilagodite površini kavitete.
12. Strdite vsako plast*. Glejte priporočnico na koncu teh navodil za priporočen čas sušenja različnih odtenkov pri različnih stopnjah jakosti svetlobe.
13. Po potrebi prilagodite okluzijo. Zaključite končno obdelavo in poliranje z želenim poliмirn sistemom.

*PRIPOROČENI ČASI STRJEVANJA

Za delovanje restavracije je ustrezno strjevanje ključnega pomena. Zaradi nestrjenega ali premalo strjenega kompozitnega materiala obstaja veliko večja verjetnost za klinično odpoved. Družba Kerr priporoča redno pregledovanje luči za strjevanje, da zagotovite brezhibno delovanje in ustrezno svetilnost.
Izdelek OptiShade je namenjen sušenju s halogensko ali LED lučjo z najmanjšo svetilnostjo 650 mW/cm² in valovno dolžino v razponu 400–520 nm. Glejte spodnjo preglednico za priporočila glede strjevanja. Vsi časi se nanašajo na strjevanje ene okluzijske površine. Pri posteriornih restavracijah družba Kerr priporoča dodatnih 10 sekund strjevanja na bukalnih in lingvalnih površinah zoba.

	Universal Opaque	Odtenek Dark	Odtenki Light, Medium in Bleach White
Debelina koraka	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (ali luč z izhodno močjo 650–1000 mW/cm²)	40 sekund	40 sekund	20 sekund
Demi™ Ultra / Demi™ Plus (ali luč z izhodno močjo > 1000 mW/cm²)	20 sekund	20 sekund	10 sekund

Za vse druge luči upoštevajte priporočila njihovih proizvajalcev.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

Konice Unidose: Konic Unidose ne uporabljajte ponovno.
Pištole za konice Unidose: Glejte navodila za vnovično odobreno proizvajalca pištole, ki jo uporabljate.
Brizge s kompozitom: Za preprečevanje okužbe brizg s silno ali drugimi telesnimi tekočinami uporabljajte zaščitne pregrade. Z brizgo vedno ravnajte s čistimi/razkuženimi rokavicami.
Ne uporabite ponovno, če je brizga kontaminirana.
Brizgo po vsaki uporabi zaprite s pokrovčkom, da preprečite strjevanje smole v njej.

SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE

Izdelek shranjujte pri temperaturah med 2 °C in 28 °C (36 °F do 82 °F). Če izdelek shranjujete v hladilniku, se mora pred uporabo segreti na sobno temperaturo. Pred uporabo poskrbite, da zaščitite kompozit pred vidno svetlobo.

Rok izteka uporabnosti je odtisnjen na zavitku. Materiala za restavracije ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.

Za pravilno odstranjevanje glejte državne ali zvezne zakone, ki veljajo za vašo državo.

Varnostni list za izdelek je na voljo na: www.kerrdental.com. Pridobite ga lahko tudi od vašega dobavitelja.

OMEJENO JAMSTVO – OMEJITEV ODGOVORNOSTI DRUŽBE KERR

Tehnični nasveti družbe Kerr, ustni in pisni, so namenjeni kot pomoč zobozdravnikom pri uporabi izdelkov družbe Kerr. Zobozdravnik prevzema vse tveganje in odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne uporabe izdelkov družbe Kerr. Če pride do napake v materialu ali izdelku, je odgovornost družbe Kerr, po njeni lastni presoji, omejena na zamenjavo izdelka z napako ali na zamenjavo enega dela izdelka z drugim oziroma na povračilo dejanskega izdatka za izdelek z napako. Za uveljavljanje te omejene garancije morate okvarjen izdelek vrniti družbi Kerr. Družba Kerr ni v nobenem primeru odgovorna za kakršno koli posredno, naključno ali posledično škodo. RAZEN JAMSTEV, IZRECNO NAVEDENIH ZGORAJ, DRUŽBA KERR NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV, IZRECNIH ALI IMPLICITNIH, VKLJUČNO Z JAMSTVI, KI SE NANAŠAJO NA OPIS, KAKOVOST ALI USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN.

OPIS SIMBOLOV

1. Medicinski pripomoček **2.** Omejitve temperature za shranjevanje: Nizka 2 °C/36 °F in visoka 28 °C/82 °F

VSEBINA

3. Konica Unidose **4.** Brizga

Celotna razlaga simbolov, ki se uporabljajo na ovojnini Kerr, je na spletnem mestu **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

es - ESPAÑOL

OptiShade™

Composite restaurador universal nanohíbrido
ISO 4049: Material restaurador a base de polímero, clase 2/grupo 1

INFORMACIÓN GENERAL

OptiShade es un compuesto dental restaurativo nanohíbrido a base de resina, estético y que seca con luz diseñado para la colocación de restauraciones directas. OptiShade está diseñado para usarlo después de la colocación de un adhesivo dental, como un producto de la familia KaVo Kerr OptiBond™. OptiShade está disponible en sistemas de distribución de jeringa y compules compuesto Unidose.

Este producto está diseñado para ser utilizado por profesionales dentales calificados en una población general de pacientes.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

100 % de aluminio con una radiopacidad que equivale a la de la dentina y 200 % de aluminio que equivale al esmalte.

El restaurador está disponible en tres tonos de compuestos (Light, Medium y Dark) y dos tonos especiales (Bleach White y Universal Opaque). Todos los tonos son radiopacos con cerca del 250 % de aluminio.

Los rellenos contienen una selección de óxidos mixtos de infusión química, relleno prepolimerizado, relleno de vidrio de bario, sílice y trifluoruro de iterbio (aproximadamente un 81,5 % por peso o un 65,1 % por volumen para los tonos Light, Medium, Dark y Universal Opaque; y, aproximadamente un 78,5 % por peso o un 60 % por volumen para el tono Bleach White). Los rellenos inorgánicos son hasta de un 75 % por peso o un 55 % por volumen. Los tonos Light, Medium, Dark y Universal Opaque tienen un rango de tamaño de partícula de 40 nm a 6 micrones. El Bleach White tiene un rango de tamaño de partícula de 40 nm a 30 micrones. OptiShade contiene las resinas Bis-EMA, Bis-GMA y TEGDMA.
Ninguno de los ingredientes del producto contiene componentes farmacológicamente activos.

INDICACIONES PARA EL USO

OptiShade, un compuesto restaurativo nanohíbrido, está indicado para la colocación directa en todas las clases de caries en los dientes anteriores y posteriores.
Indicaciones adicionales incluyen: la reparación de restauraciones de porcelana o compuesto y reconstrucciones completas de muñón.

CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS

1. No use este producto en pacientes con alergias conocidas al metacrilato. La resina de metacrilato no curada puede causar dermatitis de contacto y dañar la pulpa.
2. Evite el contacto con la piel, los ojos y el tejido blando. Lave con abundante agua después del contacto.
3. Busque atención médica para los ojos.
4. Producto no apto para ser ingerido.

PRECAUCIONES

Kerr recomienda las siguientes precauciones al usar OptiShade o cualquier otro material compuesto:

- Proporcione al paciente gafas de protección.
- Use un protector de caucho para aislar la cavidad bucal.
- Evite la contaminación del líquido durante la colocación.
- Se recomienda enfáticamente el uso de guantes de protección y una técnica clínica sin contacto. Si toca el compuesto con guantes de uso común, el acrilato podría penetrar el guante. Deseche los guantes de inmediato y lávese las manos.
- Proteja el material de la luz ambiente que puede iniciar la polimerización.
- Las puntas de Unidose están diseñadas para USARSE EN UN SOLO PACIENTE, con el fin de evitar la contaminación cruzada entre pacientes.

Kerr, OptiShade y Unidose son marcas registradas propiedad de Kerr Corporation.

REACCIONES ADVERSAS

Si ocurre un incidente grave con este dispositivo médico infórmelo al fabricante y a la autoridad competente del país en el que estén establecidos el usuario y el paciente.

INSTRUCCIONES PASO POR PASO

1. Use equipo de protección personal cuando utilice y manipule este producto.
2. No use este producto cerca de productos que contengan eugenol.
3. Limpie el diente con piedra pómez sin flúor y agua para eliminar cualquier desecho o mancha que pueda interferir con el proceso de selección del tono. Seleccione el tono deseado con base en la tabla que aparece a continuación. Un modelo del compuesto o la guía de tonos de VITA* se pueden usar para verificar el color del diente que restaurará y cualquier diente adyacente. En muchos casos, un solo tono de OptiShade será suficiente para restaurar el diente. El tono del material restaurativo se ve afectado por el grosor del compuesto. La selección del tono y modelos deben coincidir con el grosor del diente que se restaurará:

Tonos de compuestos	Equivalente de guía de tono VITA
Light - LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium - MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark - DK	A3,5, A4, B3, B4, C3, C4
Tonos de accesorios	
Bleach White - BW	Blanco cloro
Universal Opaque - UO	Bloqueo de la decoloración

4. Después de la selección del tono, aísle el diente con su método de aislamiento preferido.
5. Prepare el diente usando sus instrumentos giratorios preferidos y diseños de preparación contemporáneos. OptiShade ofrece una excelente mezcla (efecto camaleón) que se puede mejorar aún más por medio del uso de biseles pequeños en los márgenes de preparación. Si reemplaza una restauración, asegúrese de retirar todo el material restaurativo existente del sitio de operación.
6. Si ha ocurrido una exposición de la cavidad pulpar, coloque una pequeña cantidad de hidróxido de calcio seguido por la colocación de una base de ionómero de vidrio convencional.
7. OptiShade presenta un modelo único no pegajoso. Permite el uso de instrumentos manuales para dar la mayoría de la anatomía de restauración, lo cual ayudará a minimizar el tiempo y esfuerzo asociados con los instrumentos giratorios.
Para la distribución con Unidose: Inyecte el material compuesto de la punta de Unidose directamente en la cavidad, empezando con la parte más profunda.
Para la distribución con jeringa: Después de la extrusión del material en una almohadilla, saque la jeringa al menos dos vueltas completas para alivar la presión sobre el material.
8. Aplique capas de compuesto hasta de 2 mm de espesor en cada capa para todos los tonos excepto para Universal Opaque, y hasta de 1,5 mm de espesor para cada capa de Universal Opaque, con cuidado de adaptar adecuadamente el material a la superficie de la cavidad.
9. Secuencia de capas*. Consulte la tabla al final de estas instrucciones para conocer los tiempos de fotocurado recomendados de los diferentes tonos a varias intensidades de luz.
10. Ajuste la oclusión según sea necesario. Realice el procedimiento de acabado y pulido utilizando su sistema de pulido preferido.

*TIEMPOS DE FOTOCURADO RECOMENDADOS

El fotocurado adecuado es esencial para la función restaurativa. Es más probable que el material compuesto sin secar o que no ha secado completamente experimente algún tipo de falla clínica. Kerr recomienda realizar inspecciones regulares de sus luces de fotocurado para garantizar que funcionan y proporcionan la irradiación esperada.
OptiShade está diseñado para secarlo con una luz de halógeno o LED con una intensidad de luz mínima de 650 mW/cm² y una salida de longitud de onda de la luz en un rango de 400 a 520 nm. Consulte la tabla siguiente para las recomendaciones de fotocurado. En todo momento consulte el secado de la superficie de oclusión simple. En cualquier restauración posterior, Kerr recomienda secados de 10 segundos adicionales en las superficies bucales y linguales del diente.

	Universal Opaque	Tono Dark	Tonos Light, Medium y Bleach White
Profundidad incremental	1.5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (o luz con salida de 650 a 1000 mW/cm²)	40 segundos	40 segundos	20 segundos
Demi™ Ultra/Demi™ Plus (o luz con salida de > 1000 mW/cm²)	20 segundos	20 segundos	10 segundos

En caso de que use cualquier otra lámpara, vea las recomendaciones del fabricante.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Puntas Unidose: No vuelva a utilizar las puntas Unidose.
Pistolas para puntas Unidose: Consulte las instrucciones de reprocesamiento para el fabricante de la pistola para puntas que está utilizando.
Jeringas de compuesto: Para evitar que las jeringas se contaminen con saliva u otros fluidos corporales, use barreras de protección. Siempre manipule la jeringa con guantes limpios o desinfectados. No vuelva a usarla si se contamina.
Para evitar que la resina se endurezca dentro de la jeringa, después de cada uso vuelva a poner la tapa de la jeringa en su sitio.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

El producto se debe almacenar a temperaturas de 2 °C a 28 °C (36 °F a 82 °F).
Si el producto se almacena en un refrigerador, deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. Se deberá hacer todo lo posible por proteger el compuesto de la luz visible antes de usarlo.

La fecha de vencimiento está indicada en el empaque. No use el compuesto restaurativo después de la fecha de vencimiento.

Para el desecho correcto siempre siga las leyes federales o estatales vigentes de ese país.

La hoja de datos de seguridad de este producto está disponible en www.kerrdental.com. También puede obtenerla de su proveedor habitual.

GARANTÍA LIMITADA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE KERR

La información técnica de Kerr, verbal o por escrito, está diseñada para ayudar a los dentistas a usar los productos de Kerr. El odontólogo adquiere todos los riesgos y las responsabilidades ante daños que resulten del uso incorrecto del producto de Kerr. En la eventualidad de que exista un defecto en el material o la mano de obra, la responsabilidad de Kerr se limitará, a su criterio, al recambio total o parcial del producto defectuoso o al reembolso del costo real de dicho producto defectuoso. A fin de hacer uso de esta garantía limitada, el producto defectuoso debe devolverse a Kerr. Kerr no será, en ninguna circunstancia, responsable por cualquier daño indirecto, incidental o consecuente. EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO EXPRESAMENTE ARRIBA, KERR NO DA GARANTÍAS, EXPRESAS O POR ESCRITO, INCLUYENDO GARANTÍAS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN, LA CALIDAD O LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA PROPÓSITOS PARTICULARES.

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

1. Dispositivo médico **2.** Límites de temperatura de almacenamiento: Inferior a 2 °C/36 °F y superior a 28 °C/82 °F

CONTENIDO

3. Puntas Unidose **4.** Jeringas

La explicación completa de los símbolos que se usan en el empaque de Kerr se encuentra en **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

tr - TÜRKÇE

OptiShade™

Nanohibrit Evrensel Restoratif Kompozit
ISO 4049: Polimer Bazlı Restoratif Materyal, Sınıf 2/Grup 1

GENEL BILGI

OptiShade direkt restorasyonların yerleştirilmesi için tasarlanmış ışıkla sertleşen, estetik, rezin bazlı, nanohibrit bir dental restoratiftir. OptiShade, KaVo Kerr OptiBond™ grubu ürünleri gibi bir dental yapıştırıcının plasmanından sonra kullanılmak üzere tasarlanmıştır. OptiShade piyasada Unidose kompozit compules ve şırınga uygulama sistemleri olarak bulunabilir.

Bu ürün, vasıflı diş hekimleri tarafından genel hasta popülasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÜRÜN BILEŞIMI

%100 Alüminyum, dentin radyoopaklığına eşdeğer radyoopaklığa sahiptir ve %200 Alüminyum mineye eşdeğerdir.

Restoratif, üç kompozit ton (Light, Medium, Dark) ve iki özel ton (Bleach White ve Universal Opaque) şeklinde sunulur. Yaklaşık %250 Alüminyum ile tüm renk tonları radyoopaktır.

Dolgular, kimyasal infüzyonlu karışık oksitler, önceden polimerize edilmiş dolgu, baryum cam dolgu, silika ve iterbiyum trifloridden oluşur (Light, Medium, Dark ve Universal Opaque tonları için ağırlığa göre yaklaşık %81,5 veya hacme göre %65,1, Bleach White tonu için ağırlığa göre yaklaşık %78,5 veya hacme göre %60). İnorganik dolgular ağırlığa göre %75'e kadar veya hacme göre %55'e kadardır. Light, Medium, Dark ve Universal Opaque tonları, 40 nm ila 6 mikron partikül boyutu aralığına sahiptir. Bleach White tonu, 40 nm ila 30 mikron partikül boyutu aralığına sahiptir. OptiShade; Bis-EMA, Bis-GMA ve TEGDMA reçinelerini içerir.
Üründeki bileşenlerin hiçbirinde farmakolojik olarak aktif bileşenler yoktur.

KULLANIM ENDIKASYONLARI

Nanohibrit bir dental restoratif olan OptiShade, anterior ve posterior dişlerdeki tüm kavite sınıflarında doğrudan restorasyonlar endikedir. İlave endikasyonlar arasında sunlar yer alır: porselen/kompozit restorasyon onarımı ve kor hazırlama işlemleri.

KONTRENDIKASYONLAR

Mevcut değildir.

UYARILAR

1. Bu ürünü bilinen metakrilat alerjisi bulunan hastalarda kullanmayın. Sertleşmemiş metakrilat reçinesi, kontakt dermatite ve dişdizinde hasara neden olabilir.
2. Cilt, gözler ve yumuşak dokuyla temasından kaçının. Temastan sonra suyla iyice yıkayın.
3. Gözler için tıbbi yardım alın.
4. Dahilen almayın.

ÖNLEMLER

Kerr, OptiShade veya herhangi bir diğer kompozit materyal kullanılırken şu önlemlerin alınmasını önermektedir:

- Hastaya koruyucu gözlük takın.
- Oral kaviteyi izole etmek için izolasyon lastiği kullanın.
- Plasman sırasında sıvı kontaminasyonunu önleyin.
- Koruyucu eldiven ve dokunmadan uygulanan bir klinik teknik kullanılması önemle tavsiye edilir. Kompozite yaygın olarak kullanılan eldivenlerle dokunulması halinde akrilat eldivenden geçebilir. Eldiveni derhal atın ve ellerinizi yıkayın.
- Malzemeyi ortam ışığından koruyun; ışık polimerizasyon başlatabilir.
- Unidose uçlar, hastalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek üzere TEK HASTADA KULLANIM için tasarlanmıştır.

Kerr, OptiShade ve Unidose, Kerr Corporation şirketinin ticari markalarıdır.

ADVERS OLAYLAR

Bu tıbbi cihazla ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, üreticiye ve kullanıcının/hastanın yerleşik olduğu ülkenin yetkili tıbbi makamına bildirin.

ADIM ADIM TALIMATLAR

1. Bu ürünü kullanırken ve tutarken kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın.
2. Öjenol içeren ürünlerin yakınında bu ürünü kullanmayın.
3. Ton seçme işlemini etkileyebilecek artık veya lekeleri çıkarmak için dişi florürsüz pumis ve suyla temizleyin.
Aşağıda listelenen tabloya göre istediğiniz tonu seçin. Restore edilecek dişin ve komşu dişlerin rengini kontrol etmek için kompozit mock-up veya VITA* eşleşmeli ton kılavuzu kullanılabilir. Çoğu durumda tek bir OptiShade tonu dişi restore etmek için yeterli olacaktır. Restoratif materyalin tonu kompozitin kalınlığından etkilenmektedir. Ton seçimi ve mock-up'lar restore edilecek dişin kalınlığıyla eşleşmelidir:

Kompozit Tonları	VITA Ton Kılavuzu Eşdeğeri
Light - LT	A1, B1, B2, C1, D2
Medium - MD	A2, A3, C2, D3, D4
Dark - DK	A3,5, A4, B3, B4, C3, C4
Aksesuar Tonlar	
Bleach White - BW	Ağartıcı beyazı
Universal Opaque - UO	Renk atmasını engelleme

4. Ton seçiminden sonra istediğiniz izolasyon yöntemiyle dişi izole edin.
5. İstediğiniz döner aletleri ve modern hazırlama tasarımlarını kullanarak dişi hazırlayın. OptiShade, hazırlık marjinlerinde küçük eğimler kullanılarak daha da iyileştirilebilecek mükemmel karıştırma (bukalemun etkisi) olanağı sunmaktadır. Restorasyonu yenilerken mevcut tüm restoratif materyali operasyon bölgesinden çıkardığınızdan emin olun.
6. Pulpa maruziyetinin ortaya çıkması halinde konvansiyonel cam iyonomer bazının yerleştirilmesinden sonra az miktarda kalsiyum hidroksit ekleyin.
7. OptiShade, KaVo Kerr OptiBond grubu ürünleri gibi tüm metakrilat dental yapıştırıcı sistemleri ile uyumludur. Bonding prosedürünü üreticinin talimatlarına uygun şekilde tamamlayın.
8. İstendiği takdirde düşük viskoziteli akışkan bir kompozit kullanarak bir astar koyun ve üreticinin talimatlarına göre ışıkla sertleştirin.
9. Diş yapısında renk atması veya porselen/kompozit onarımı durumlarında, renk atmasını engelleme veya varsa metal kısmı gizleme için Universal Opaque ton kullanılabilir.
10. OptiShade optimum, yapışkan olmayan kullanım rahatlığı sunar. Restorasyon anatomisinin çoğunu tanımlamak için el araçlarının kullanımına olanak tanıyarak döner araçlarla ilgili süre ve efordan minimumda tutulmasına yardımcı olur.
Unidose uygulayıcısı için: Kompozit materyali Undisee uçtan doğrudan kaviterin içine en dipten başlayarak enjekte edin.
Şırınga uygulaması için: Materyali pedin üzerine sıktıktan sonra materyalin üzerindeki basıncı azaltmak için şırıngayı en az iki tam tur geri çekin.
11. Universal Opaque dışında tüm tonlar için tüm katmanlarda 2 mm kalınlığa kadar ve Universal Opaque için tüm katmanlarda 1,5 mm kalınlığa kadar kompozit katmanları uygulayın; materyalin kavite yüzeyine uygun adaptasyonunu sağlayın.
12. Her katmanı sertleştirin*. Çeşitli ışık yoğunluklarında çeşitli tonların önerilen sertleştirme süreleri için bu talimatların sonundaki tabloya başvurun.
13. Oklüzyonu gereken şekilde ayarlayın. Tercih ettiğiniz parlatma sistemini kullanarak bitirin ve parlatın.

*ÖNERILEN SERTLEŞTIRME SÜRELERI

Restoratif fonksiyon için uygun sertleştirme çok önemlidir. Sertleştirilmemiş veya yeterince sertleştirilmemiş kompozit materyal büyük olasılıkla klinik bir problem yaratacaktır. Kerr, çalıştıklarından ve beklenen şırınga sağladıklarından emin olmak için sertleştirme ışıklarının düzenli olarak incelenmesini önermektedir.
OptiShade, minimum 650 mW/cm² ışık yoğunluğuna ve 400-520 nm aralığında ışık dalga boyu çıkışına sahip halojen veya LED ler ışıkla sertleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Sertleştirme önerileri için lütfen aşağıdaki tabloya başvurun. Tüm süreler tek bir okluzal yüzey sertleştirmesini ifade etmektedir. Herhangi bir posterior restorasyonda Kerr, diğin bukkal ve lingual yüzeylerine fazladan 10 saniyelik sertleştirme önermektedir.

	Universal Opaque	Dark Tonu	Light, Medium ve Bleach White Tonları
Derinlik Artışı	1.5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Optilux™ (ya da 650-1000 mW/cm² çıkışlı ışık)	40 saniye	40 saniye	20 saniye
Demi™ Ultra/Dem